

NAŠE ZN.: VZ202502
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 24.04.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka č. VZ202502 Flexibilní endoskop + optický okruh ORL

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Dle čl. 1 odst. 7 návrhu kupní smlouvy má prodávající jedenkrát ročně poskytnout „bezplatnou preventivní prohlídku“. Prosíme o upřesnění, co kupující myslí preventivní prohlídkou, respektive o potvrzení, zda je tím myšlena bezpečnostně technická kontrola dle zákona o zdravotnických prostředcích. Stejný dotaz pak máme k čl. 5 odst. 13.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel potvrzuje, že se jedná o bezpečnostně technickou kontrolu dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Znění dotazu č. 1:

„Prosíme o vysvětlení ustanovení čl. 5 odst. 7 návrhu kupní smlouvy. Dle našeho názoru tento odkazuje sám na sebe. Respektive, co je myšleno formulací „v režimu dle odst. 7 tohoto článku“.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č. 3 – Návrh kupní smlouvy, kde je v čl. 5 odst. 7 opravena administrativní chyba.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje:

OPRAVENA Příloha č. 3a - Návrh kupní smlouvy - část 1

OPRAVENA Příloha č. 3b - Návrh kupní smlouvy - část 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodloužit.

Za zadavatele:

Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA, zástupce ředitele