

29.04.2025 | Brno

**Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Chirurgické nástroje pro centrální operační sály NZ – opakovaně použitelné**

Spisová značka zadavatele: **NZCHN1224**

Ev. č. veřejné zakázky ve VVZ: **Z2025-019079**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

**ZADAVATEL:**

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

se sídlem: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo

IČO: 00092584

(dále jen „**zadavatel**“)

**ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

se sídlem: Helfertova 2040/13, Brno, PSČ 613 00

IČO: 28360125

(dále jen „**zástupce**“)

Zástupce je v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení.

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1)

### Dotaz:

*„Dle ZD je požadováno: víko kontejneru s integrovaným PTFE filtrem – životnost 5 000 cyklů.*

*V rámci našeho portfolia můžeme nabídnout sterilizační kontejnery s víkem vybaveným ventilem, které plní srovnatelnou funkci. Pro tento typ víka není stanovena konkrétní životnost vyjádřená počtem mycích a sterilizačních cyklů.*

*1. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku s typem vík kde není stanovena konkrétní životnost vyjádřená počtem mycích a sterilizačních cyklů?“*

### Odpověď:

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách. Zadavatel trvá na požadované technologii filtrových sterilizačních kontejnerů z důvodu zajištění bezpečných logistických a procesních postupů zavedených na centrální sterilizaci v nemocnici. Požadavek na životnost PTFE filtrů min. 5000 sterilizačních cyklů vychází z interních analýz stávající obrátkovosti jednotlivých sít a zajištění minimálních finančních nákladů po dobu životnosti sterilizačního kontejneru.

2)

### Dotaz:

*„Dle ZD je požadováno: Barevné odlišení identifikačních štítků – požadavek na minimálně 8 barev.*

*2. Dotaz:*

*Bude Zadavatel akceptovat nabídku v následujících barvách: červená, modrá, zelená, žlutá, stříbrná a černá – celkem 6 barev?“*

### Odpověď:

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách. Zadavatel trvá na barevném odlišení identifikačních štítků min. v 8 barvách z důvodu rozlišení stejných sít pro více oborů a logistické odlišení pro předsálové sklady v rámci operačního traktu.

3)

**Dotaz:**

*„V zadávací dokumentaci v čl. 7.2. je uvedeno, že nabídkovou cenou se rozumí součet cen v Kč bez DPH uvedený v buňce C10 na listu „Cena plnění Gynekologie“ v dokumentu s názvem Předloha pro zpracování ceny plnění a součet výše uvedených buněk uvede účastník do krycího listu nabídky.*

*Do první záložky Cena plnění se načítají položky z listu Přehled sít, kde jsou naceněny jednotlivá síta vynásobená jejich počtem.*

*Myslíme si tedy, že v první záložce Cena plnění je navíc řádek Přehled sít, protože zde je vypočítaná cena celkem za všechna síta a zároveň ceny za jednotlivé listy, a tím se nabídková cena navyšuje o hodnotu každého síta.*

*Uvádíme příklad pro přílohu 5a Gynekologie, ale týká se všech příloh Předloha pro zpracování ceny plnění“.*

**Odpověď:**

Zadavatel v tomto směru upravil předlohu pro zpracování ceny plnění (přílohy č. 5a – 5d dokumentace zadávacího řízení).

**PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.05.2025 do 23:59 hod.**

**DOKUMENTY**

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele upravené následující dokumenty:

- 05.1 Příloha č. 5a DZŘ – Předloha pro zpracování ceny plnění – GYNEKOLOGIE Seznam sít a seznam nástrojů v sítích
- 05.2 Příloha č. 5b DZŘ – Předloha pro zpracování ceny plnění – CHIRURGIE seznam sít a nástrojů v sítích
- 05.3 Příloha č. 5c DZŘ – Předloha pro zpracování ceny plnění – ORTOPEDIE seznam sít a seznam nástrojů v sítích
- 05.4 Příloha č. 5d DZŘ – Předloha pro zpracování ceny plnění – UROLOGIE Seznam sít a seznam nástrojů v sítích

**Zadavatel uvádí, že spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace uveřejněné předlohy pro zpracování ceny plnění jsou pro dodavatele závazné a zadavatel požaduje, aby dodavatelé v rámci zpracování své nabídky nadále vycházeli z těchto dokumentů.**

PODPIS

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
v z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát  
(elektronicky podepsáno)