

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová  
E-MAIL: [safarova.eva@nemkyj.cz](mailto:safarova.eva@nemkyj.cz)  
DATUM: 22.05.2025

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

### Veřejná zakázka č. VZ202529 – Hotové kultivační půdy na Petriho miskách

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### *1. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele*

##### Znění dotazu č. 1:

*„Zadavatel v Příloze č. 2 (Cenová nabídka) požaduje pod poř. č. 25 dodávku produktu „Seletinový bujón (5 ml)“. Dodavatel se domnívá, že se Zadavatel mohl dopustit omylu a ve skutečnosti požaduje „Selenitový bujón (5 ml)“. Prosíme o potvrzení tohoto předpokladu.“*

##### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel se skutečně dopustil omylu. Položka bude opravena v uveřejněné nové příloze č. 2

##### Znění dotazu č. 2:

*„Zadavatel v ZD v čl. 7.5, písm. a) požaduje, aby finanční objem u jednotlivé referenční zakázky činil 1,3 mil. Kč bez DPH, ale neuvádí, v jakém časovém rozmezí má být každá referenční dodávka v této výši realizována. Vzhledem k tomu, že se jedná z povahy věci o opakované dodávky, prosíme o uvedení konkrétní délky období, za které má být tento objem Dodavatelem naplněn. Pro vyloučení pochybností – nejedná se o 3letý interval zmiňovaný Zadavatelem, kterým vymezuje interval, do kterého mají referenční zakázky spadat.“*

##### Odpověď na dotaz č. 2:

Pro zadavatele není časový interval rozhodující. Rozhodující je objem a skutečné plnění za 3 roky, tj. uskutečnění plnění bylo nejpozději před vyhlášením této zakázky zadavatele (před datem 12.05.2025).

### Znění dotazu č. 3:

*„Zadavatel v ZD v čl. 7.5, písm. b) požaduje, aby Dodavatel předložil doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou ČSN EN ISO 11133 (Mikrobiologie potravin, krmiv a vody – Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd). Dodavatel si vykládá požadavek Zadavatele tak, že vyrobené zboží má být zkontrolováno tak, aby jeho pozdější užití nebylo podmíněno kontrolou kvality v laboratoři Zadavatele. Jinými slovy, že Zadavatel nebude provádět kontroly kvality v rámci každé šarže u každé dodávky, což by pro něj nepochybně znamenalo dodatečné finanční a personální náklady (navýšení spotřeby kultivačních půd, kontrolních kmenů, ATB disků, jednorázového spotřebního materiálu, práce kvalifikovaného personálu, dokumentace testování, aj.), které by jinak byly zahrnuty již v ceně nabídky jednotlivých dodavatelů, pokud by to tak po nich vyžadoval.*

*Zadavatelem uvedená technická norma ČSN EN ISO 11133 se sice vztahuje (mj.) na zkoušení výkonnosti kultivačních půd, ale nezahrnuje v sobě naprostou většinu Zadavatelem požadovaných médií pro klinické použití, což činí tuto normu nepřipadnou pro potřeby ověření procedur výstupní kontroly výroby.*

*Dodavatel má najisto postavené, že akreditovanou kontrolu kvality garantuje např. norma ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří (či její ekvivalenty v zemích EU). Z tohoto důvodu žádáme o změnu příslušných ustanovení ZD tak, aby odpovídala této nebo obdobné technické normě a Zadavatel ověřil způsobilost předložením potvrzení o akreditaci výstupní kontroly podle této normy, a to mj. s cílem získat vždy a pouze takový produkt, který garantovaně nemusí podléhat dalšímu testování Zadavatelem.“*

### Odpověď na dotaz č. 3:

V případě prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona o zadávání veřejných zakázek a dle kapitoly 7.5. Technická kvalifikace dodavatele Zadávací dokumentace bude zadavatel akceptovat předložení dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou ČSN EN ISO 11133 (Mikrobiologie potravin, krmiv a vody – Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd) a také ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) (Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří).

### Znění dotazu č. 4:

*„Zadavatel v Příloze č. 3 (Návrh kupní smlouvy) v ust. čl. V., odst. 7. uvádí, že „Součástí každé dodávky bude: ... příbalový leták - 1x ke každému typu kultivační půdy (pro založení do řízené dokumentace) ... a bezpečnostní list - 1x ke každému typu kultivační půdy (pro založení do řízené dokumentace)“.*

*Dodavatel tímto informuje Zadavatele o rozsahu takové dokumentace, která pro každou jednu položku může tvořit např. 10-15 stran textu A4. Dodavatel prosí Zadavatele, aby zvážil požadavek na dodávky výše uvedených dokumentů opakovaně s každou dodávkou a event. ho změnil na požadavek jednorázového dodání s první objednávkou, příp. i kdykoliv později by o to Zadavatel požádal.“*

### Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel upravit v návrhu smlouvy ujednání čl. V. Dodání zboží, odst. 7 následovně:

Součástí **každé první** dodávky **a následně dodávky při jakékoliv změně u dodávaného Zboží na straně Prodávajícího** bude:

- dodací list

- teplotní záznam přepravních podmínek
- příbalový leták - 1x ke každému typu kultivační půdy (pro založení do řízené dokumentace)
- bezpečnostní list - 1x ke každému typu kultivační půdy (pro založení do řízené dokumentace)
- přímý odkaz (pro kontaktní osobu kupujícího) na certifikát/protokol kvality (zkouška živných půd) - ke každé dodané šarži. Certifikát může být uložen v elektronické podobě na webových stránkách Prodávajícího (pro stažení a založení do řízené dokumentace).

#### Znění dotazu č. 5:

*„Zadavatel v souboru „Příloha č. 1 - Cenová nabídka.xlsx“ ve sloupci G požaduje vyčíslit jednotkovou cenu za 1 kus vč. DPH.*

*Dodavatel upozorňuje Zadavatele, že sloupec G je formátován tak, že se hodnota vypočtená jako součet ceny za 1 ks bez DPH a výše DPH (tj. součin ceny za 1 ks bez DPH a sazby DPH v %) zobrazuje pouze na dvě desetinná místa. Celková cena vč. DPH ve sloupci I je ale dále kalkulována jako součin hodnot ve sloupci C (tj. předpokládaný odběr v ks za 2 roky) a ve sloupci G (tj. cena za 1 ks včetně DPH). Ačkoli takto vypočtená cena s DPH vychází matematicky správně, při pouhém zobrazení výše DPH za 1 ks ve sloupci F a stejně tak jednotkové ceny včetně DPH ve sloupci G na dvě desetinná místa, může dojít k nesouladu mezi celkovou vypočtenou hodnotou (např. mimo Excel při evaluaci nabídky) a její reálnou výší.*

*Pro vyloučení případných nejasností se stanovením celkové ceny proto Dodavatel navrhuje sloupce F a G, které navíc nemají pro žádnou ze stran reálnou informační hodnotu, zcela vypustit. Celková cena s DPH by se namísto toho měla kalkulovat jako součin hodnoty ve sloupci H (celková cena bez DPH) a součtu (1 + příslušná sazba DPH v %).*

*Pokud by však Zadavatel na uvádění hodnot ve sloupcích F a G trval, žádáme o potvrzení, že si je Zadavatel vědom toho, že zobrazené údaje na dvě desetinná místa ve sloupcích F a G nemusí odpovídat skutečné výši DPH za 1 ks, resp. skutečné jednotkové ceně včetně DPH stanovené jako součin jednotkové ceny bez DPH a součtu (1 + příslušná sazba DPH v %).“*

#### Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel upravil sloupec č. 6 (F) nově jako „Sazba DPH v %“, do kterého nově uchazeč doplní pouze sazbu DPH a sloupec č. 7 (G) Cena za 1 ks včetně DPH je dopočítána na základě vzorce. Uchazeč doplní do nové přílohy pouze žlutě zvýrazněné sloupce, ostatní buňky jsou zadavatelem uzamčeny. Tímto řešením zadavatel předejde rozdílům.

#### Znění dotazu č. 6:

*„Alternativní plnění položky č. 1 „CASO krevní agar (selektivní agar pro betahemolytické streptokoky)“*

*Bude zadavatel akceptovat plnění této položky alternativním produktem, který je selektivní pro streptokoky i stafylokoky?*

*Složení média:*

*Speciální pepton 23,0 g/l*

*Škrob 1,0 g/l*

*Chlorid sodný 5,0 g/l*

*Kyselina nalidixová 0,005 g/l*

*Kolistin 0,0075 g/l*

*Agar 10,0 g/l*

*Defibrinovaná ovčí krev 70,0 ml/l*

**Odpověď na dotaz č. 6:**

**Zadavatel alternativní produkt nebude akceptovat.**

**Znění dotazu č. 7:**

*„Použití položky č. 13 „Chromogenní selektivní agar pro G-tyčky čeledi Enterobacteriaceae“*

*Ze zadávací dokumentace není zcela patrné specifické použití tohoto kultivačního média. Tímto žádáme zadavatele o bližší specifikaci použití tohoto kultivačního média včetně zamýšleného typu vzorku (např. moč).“*

**Odpověď na dotaz č. 7:**

**Agar je využíván pro izolaci E. coli ze směsi s jinými G-tyčkami čeledi Enterobacteriaceae.**

**Znění dotazu č. 8:**

*„Požadavek zadavatele na označení CE-IVD/IVDR u položky č. 17 (Chromogenní selektivní agar pro Listerie)*

*Zadavatel v bodě 3 Výzvy včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky u všech položek požaduje „Dodávané kultivační půdy musí být ve shodě s platnou legislativou (označení CE-IVD/IVDR).“*

*Položka č. 17 je ovšem půda typická pro potravinářskou mikrobiologii, tady nedisponuje označením CE-IVD/IVDR. Produkt, který plánujeme nabídnout ovšem splňuje normy ISO 11290-1:2017, ISO 11290-2:2017 a je testován v souladu s ISO 11133:2014.*

*Bude zadavatel v tomto případě akceptovat produkt bez označení CE-IVD/IVDR?“*

**Odpověď na dotaz č. 8:**

**Zadavatel nebude akceptovat – na trhu existuje výrobek chrom. agar pro Listerie s označením CE-IVD.**

**Znění dotazu č. 9:**

*„Alternativní plnění položky č. 21 „Chromogenní selektivní agar pro Yersinia enterocolitica“*

*Bude zadavatel akceptovat plnění této položky produktem, který je selektivní, ale není chromogenní?*

*Složení média:*

*Typické složení v gramech na litr*

*Speciální pepton 20,0*

*Kvasinkový extrakt 2,0*

*Manitol 20,0*

*Pyruvát sodný 2,0*

*Chlorid sodný 1,0*

*Sulfát hořečnatý 0,01*

*Desoxycholát sodný 0,5*

*Neutrální červeň 0,03*

Krystalová violet 0,001  
Cefsulodin 0,015  
Irgasan 0,04  
Novobiocin 0,0025  
Agar 12,5“

**Odpověď na dotaz č. 9:**

Zadavatel nebude nabízené řešení akceptovat – požadován je chromogenní agar pro *Yersinia enterocolitica*.

**Znění dotazu č. 10:**

„Alternativní plnění položky č. 22 „Mueller Hinton agar s 2 % glukózy“  
Bude zadavatel akceptovat plnění této položky alternativním produktem s přídavkem methylenové modři?  
Složení média:  
Typické složení na litr deionizované vody Dehydratovaná hovězí infuze 2,0 g Hydrolyzát kaseinu 17,5 g Škrob 1,5 g  
Glukóza 1,5 g  
Methylenová modř 0,5 mg  
Agar 17,0 g“

**Odpověď na dotaz č. 10:**

Zadavatel alternativní produkt nebude akceptovat.

**Znění dotazu č. 11:**

„Alternativní plnění položky č. 26 „Thioglykolátový bujón (10 ml)“  
Bude zadavatel akceptovat plnění ve formě produktu s plněním „ $9 \pm 0,5$  ml“?“

**Odpověď na dotaz č. 11:**

Ano, zadavatel bude akceptovat  $9 \pm 0,5$  ml Thioglykolátového bujónu.

**Znění dotazu č. 12:**

„Požadavek zadavatele na doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou ČSN EN ISO 11133 u položek č. 4, 6, 16, 18, 19, 22, 25 a 28  
Zadavatel v bodě 7.5 b) Výzvy včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky u všech položek požaduje „doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou ČSN EN ISO 11133 (Mikrobiologie potravin, krmiv a vody – Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti

kultivačních půd).“ Některé položky (zejména položky č. 4, 6, 16, 18, 19, 22, 25 a 28) nejsou dle specifikace produkty určené pro mikrobiologii potravin, krmiv a vody. Produkty, které plánujeme nabídnout, nejsou testovány v souladu s touto normou.

Bude zadavatel v těchto případech akceptovat produkty, které nejsou testovány v souladu s ISO 11133?“

#### Odpověď na dotaz č. 12:

V případě prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona o zadávání veřejných zakázek a dle kapitoly 7.5. Technická kvalifikace dodavatele Zadávací dokumentace bude zadavatel akceptovat předložení dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou ČSN EN ISO 11133 (Mikrobiologie potravin, krmiv a vody – Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd) a také ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) (Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří).

#### II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

##### Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 01, zároveň aktuální verzi přílohy č. 1 – Cenová nabídka a přílohy č. 3 – Návrh kupní smlouvy aktuální verzi zadávací dokumentace.

#### III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

##### Změna č. 1

Dokumentace je doplněna následovně:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Příloha č. 1 – Cenová nabídka\_verze02

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy - kultivační půdy\_verze02

Zadávací dokumentace - Hotové kultivační půdy na Petriho miskách\_verze02

##### Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **09.06.2025, v 10:00 hod.**

Za zadavatele: