

NAŠE ZN.: VZ202525
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 02.06.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka č. VZ202525 Tiskárna na potisk mikroskopických podložních skel

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Dovolujeme si Vás dotázat, zda bude zadavatel akceptovat:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci tiskárny na podložní skla rozměry max. 330 x max. 163 x max. 406 mm, bude zadavatel akceptovat rozměry tiskárny v412mm, š165mm, h335mm?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na rozměru tiskárny uvedeném v technické specifikaci tj. max. 330 x max. 163 x max. 406 mm. Zadavatel nebude akceptovat rozměry tiskárny v412mm, š165mm, h335mm.

Zadavatel posoudil poskytnuté objasnění zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter se rozhodl, neprodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Za zadavatele: