

NAŠE ZN.: VZ202543

VYŘIZUJE: Ing. Petra Hroudná

E-MAIL: hroudna.petra@nemkyj.cz

DATUM: 10.07.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka č. VZ202543 - Endoskopická věž

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Rád bych se Vás zeptal na jeden z technických parametrů endoskopu, který vyplývá ze zadávací dokumentace. V technických parametrech stojí, že: „ pracovní kanál – požadován vnitřní průměr min. 3,7 mm “. Rádi bychom se zúčastnili se stavitelným endoskopem, který je užší, nežli konkurence, což nese značný komfort pro pacienta i lékaře při manipulaci. Díky tomu, že je kolonoskop užší, má tedy 3,2mm pracovní kanál (méně než 3,7mm), aktuální parametr nesplňujeme. Bylo by prosím možné, aby se parametr snížil a mohli jsme se tak ucházet?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení, a proto se rozhodl upravit v příloze č. 1 Technické požadavky u parametru „pracovní kanál“ požadovaný vnitřní průměr na 3,1 mm – 3,7 mm.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Zadavatel na profil uveřejňuje opravenou přílohu č. 1 Technické požadavky.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Příloha č. 1 Technické požadavky se mění následovně: Pracovní kanál – požadován vnitřní průměr 3,1 mm – 3,7 mm.

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.**

Za zadavatele: Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, zástupce ředitele