

NAŠE ZN.: VZ202543

VYŘIZUJE: Ing. Petra Hroudná

E-MAIL: hroudna.petra@nemkyj.cz

DATUM: 17.07.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka č. VZ202543 - Endoskopická věž

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel v technické specifikaci u videokolonoskopu neuvádí požadavek na kompatibilitu s automatickým chemodezinfektorem.

Žádáme zadavatele o uvedení typu chemodezinfektoru, ve kterém budou požadované videokolonskopy dezinfikovány a zda je požadována kompatibilita.

V případě požadavku na kompatibilitu žádáme o vysvětlení, zda potřebné konektory mají být součástí nabídky, nebo jakým jiným způsobem tuto kompatibilitu zadavatel požaduje prokázat.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel používá více typů mycích a dezinfekčních automatů (např. BHT Innova E2, Medivators DSD 201LT). Zadavatel však nepožaduje dodání konektorů pro připojení k těmto automatům, jelikož nejsou součástí podporovaných výdajů v rámci dotačního programu Národní plán obnovy – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Výzva č. 11: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom (není ani obsahem technické specifikace).

Dle části „Podporované činnosti“ uvedené výzvy jsou předmětem podpory výhradně následující položky přístrojového vybavení:

- kolonoskop s vysokým rozlišením (HR = high resolution),
- endoskopická věž (procesor a zdroj světla),
- odsávací zařízení,
- elektrochirurgická jednotka.

Z uvedeného důvodu nejsou konektory pro mycí a dezinfekční automaty předmětem plnění v rámci této veřejné zakázky.

Znění dotazu č. 2:

„V původní technické specifikaci ZD zadavatel požaduje u kolonoskopu pracovní kanál o průměru min. 3,7 mm. V odpovědi na žádost o vysvětlení ZD zadavatel upravil požadavek na průměr pracovního kanálu v rozmezí 3,1 – 3,7 mm. Obecně platí pravidlo, že čím větší pracovní kanál, tím lepší. Námi nabízený videokolonoskop disponuje velikostí pracovního kanálu 3,8 mm. Domníváme se tedy, že došlo k administrativní chybě, při uvedení horní hranice tohoto parametru. Bude zadavatel akceptovat nabídku s průměrem pracovního kanálu 3,8 mm?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje návrh dodavatele a stanovuje maximální velikost pracovního kanálu na 3,8 mm.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Zadavatel na profil uveřejňuje opravenou přílohu č. 1 Technická specifikace.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**Změna č. 1**

Příloha č. 1 Technická specifikace se mění následovně: Pracovní kanál – požadován vnitřní průměr max. 3,8 mm.

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.**

Za zadavatele: Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, zástupce ředitele