

NAŠE ZN.: VZ202543

VYŘIZUJE: Ing. Petra Hroudná

E-MAIL: hroudna.petra@nemkyj.cz

DATUM: 29.07.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Veřejná zakázka č. VZ202543 - Endoskopická věž

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Dobrý den, omlouvám se, že mi to nedošlo předtím, ale chtěli bychom Vás požádat, jestli by bylo možné, lehce pozměnit kritéria v rámci typologie procesoru/světelné jednotky v rámci endoskopického systému. Vy popisujete procesor a světelnou jednotku jako jedno zařízení. Náš systém má samostatnou jednotku procesoru a samostatnou světelnou jednotku. Je to i z hlediska servisu a potenciální poruchy komfortnější, protože při poruše jedné součástky u jedné jednotky (procesor a světlo dohromady) máte v tu chvíli mimo provoz procesor i světlo. Chtěl bych Vás tímto požádat, jestli by bylo možné vložit do technické specifikace, že procesor a světelná jednotka můžou být buďto jedno zařízení, nebo dvě samostatná zařízení (viz. obrázek příloha).“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel souhlasí s navrhovaným řešením a bude akceptovat obě varianty řešení:

1. Video-procesor a zdroj světla jako dvě samostatná zařízení, nebo
2. Video-procesor a zdroj světla jako jedno integrované zařízení.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Zadavatel na profil uveřejňuje opravenou přílohu č. 1 Technická specifikace.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Příloha č. 1 Technická specifikace se mění následovně: procesor a světelná jednotka mohou být buďto jedno zařízení, nebo dvě samostatná zařízení

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.**

Za zadavatele: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel