

NAŠE ZN.: VZ202542
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 05.08.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka č. VZ202542 – Přístroj pro urodynamická vyšetření

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Váha systému - tento požadavek je tak unikátní, že jsme ho doposud nikdy nezaznamenali. Mohl by zadavatel akceptovat i vyšší hmotnost přístroje?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i vyšší hmotnost přístroje.

Znění dotazu č. 2:

„Systém musí být podle požadavku možný upgradovat o externí kameru na vizualizaci úniků moči - tato volitelná funkce, byla a je používána pouze jedním výrobcem urodynamických přístrojů a pro standardní a moderní urodynamické vyšetřování není podstatná, už s ohledem na ochranu soukromí o pořizování fotodokumentace atd.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nevyžaduje možnost upgradu systému o externí kameru.

Znění dotazu č. 3:

„Váhový uroflowmeter s objemem sběrné nádoby 0-3000 ml - podmínka zádržného objemu 3000 ml je pro jedno měření a jednoho pacienta neopodstatněná, protože naplnit takovou kapacitu je nerealné. Dlouholetá praxe tak velkou nádobu nevyžaduje. Bude zadavatel akceptovat i menší nádobu trychtýře s objemem 1000 ml?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel akceptuje nádobku trychtýře s objemem 1000 ml.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Zadavatel na profil uveřejňuje opravenou přílohu č. 1 Technická specifikace.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Příloha č. 1 Technická specifikace se mění následovně: parametr hmotnosti odstraněn, parametr upgrade odstraněn, parametr objemu nádoby změněn.

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Za zadavatele: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel