



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Vybavení gastro ambulance – sušící skříně na endoskopy

- Sušící skříň jednodveřová pro minimálně 8 endoskopů.
- Horizontální uložení endoskopů v boxech vhodných pro transport mezi dezinfektorem a sušící skříní.
- Uložení endoskopů až na 30 dní, bez nutnosti opětovné dezinfekce.
- Prosklené dveře.
- Nerezové opláštění.
- Automatická kontrola průtoku vzduchu skrz kanály.
- Monitoring teploty a vlhkosti uvnitř skříně.
- Neustále viditelný indikátor stavu jednotlivých endoskopů.
- Nastavitelná doba a teplota sušení.
- Sušení kanálů i vnějších povrchů.
- Integrovaný filtr HEPA 14.
- Maximální hlučnost do 50 dB(A).
- Kompatibilní s endoskopy výrobců Pentax, Olympus, Storz, Fuji.
- Integrovaná tiskárna pro tisk protokolů v čelním panelu.
- Identifikace endoskopů a uživatelů pomocí čtečky čárových kódů.
- Barevný ovládací panel a menu v češtině.
- Vlastní zdroj medicijního vzduchu s možností připojení na externí přívod medicijní vzduch.
- Kompatibilní se stávajícím elektrickým přívodem 230 V, 50 Hz, 16 A.
- 8 x sada konektorů pro endoskopy Olympus používané na pracovišti
- Kompatibilní se softwarem SteelcoData, pro budoucí propojení s myčkou endoskopů Steelco EW1, používanou na pracovišti.

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

V Hustopečích

Ing. Petr Bařka
ředitel