

VYŘIZUJE: Ing. Šafářová
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 03.09.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202557 – Kompaktní multifunkční refrakční systém kombinující binokulární autorefraktometry/keratometry, optotyp a forofter

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Žádáme tímto zadavatele o akceptaci změny jednoho parametru z požadované technické specifikace. Jedná se nevýznamnou změnu u parametru, který nemá vliv na celkové využití přístroje.

Zadavatel požaduje:

Vertikální prizma -5 až 5 (krok 0,1)

My nabízíme:

Vertikální prizma -2,5 až 2,6 (krok 0,1)“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje žádost o změnu parametru.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 01, aktuální znění přílohy č. 1 – Technická specifikace. Změny jsou zvýrazněny červeným písmem.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Dokumentace je doplněna následovně:

Příloha č. 1 – Technická specifikace_verze 01

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Aktuální lhůta pro podání nabídek: **22.09.2025 v 10:00 hod.**

Za zadavatele:

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA
zástupce ředitele