

Naše značka: VZ202551
Vyřizuje: Ing. Petra Hroudná
E-mail: hroudna.petra@nemkyj.cz
Datum: 05. 09. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

veřejné zakázky malého rozsahu „Elektroforetický analyzátor“
systémové číslo na profilu zadavatele: P25V00002822

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 02. 09. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, které tímto obdobně dle § 98 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

níže posílám další dotaz k vysvětlení ZD, resp. odpovědi na dřívější vysvětlení ZD:

V odpovědi zadavatele je uvedeno:

„Zadavatel uvádí, že v současné době používá SW Phoresis ver. 7.4.7. Struktura databáze zadavateli není známa, zadavatel pro klinickou práci potřebuje mít k dispozici archiv provedených elektroforegramů. Databáze Phoresis není součástí LISu, zadavatel požaduje připojení elektroforetického analyzátoru do SW OpenLims Stapro přes rozhraní RS232-TCP/IP převodník.“

Dotaz 1:

Dovolujeme si požádat o upřesnění tohoto požadavku:

- *Má být samotný analyzátor přímo připojen k LIS OpenLims STAPRO přes RS232-TCP/IP převodník?*
- *Nebo se jedná o požadavek na připojení pracovní stanice (PC)?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby byl samotný analyzátor přímo připojen k LIS OpenLims STAPRO prostřednictvím převodníku RS232-TCP/IP. Nejedná se tedy o připojení pracovní stanice (PC).

Dotaz č. 2:

Dotaz 2: Požaduje zadavatel výhradně připojení přes převodník RS232-TCP/IP, nebo bude umožněno i připojení přes TCP/IP?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel výhradně požaduje připojení přes převodník RS232-TCP/IP.



Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Dotaz č. 3:

Dotaz 3: Pro posouzení proveditelnosti zřízení archivu provedených elektroforegramů je potřeba znát, v rámci jaké databáze (název a její verze) jsou nyní elektroforegramy uchovávány.“

Odpověď zadavatele:

V současné době jsou výsledky měření uchovávány ve speciálním software Phoresis 7.4.7, který byl dodán s elektroforetickým systémem K20. Software Phoresis je produkt firmy Sebia, který je validován pro zpracování měřených dat z přístrojů firmy Sebia (součástí je i sestavení elektroforegramu z naměřených dat). Pro tento účel je software Phoresis validován (zobrazení a vyhodnocení dat před odesláním výsledku do LIS nebo tiskem výsledku).

Zadavatel s ohledem na charakter výše uvedených informací rozhodl, že lhůta pro podání nabídek nebude prodloužena.

Za zadavatele:

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA