

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 18.09.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202558 – Operační stůl

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel ve veřejné zakázce „Operační stůl“ v dokumentu „Příloha č. 1 - Technická specifikace - operační stůl“ uvádí parametr „Provozní napětí 24 V DC“.

Účastník nabízí provozní napětí operačního stolu 12 V DC. Jedná se o bezpečné malé napětí a nikterak to nemění funkčnost, povahu zařízení, ani medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat operační stůl s provozním napětím 12 V DC nebo 24 V DC? “

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel neakceptuje operační stůl s provozním napětím 12 V DC a trvá na parametru provozního napětí 24 V DC. Vyšší napětí (24 V) umožňuje efektivnější přenos energie na delší vzdálenosti s menším poklesem napětí, menšími nároky na průřez vodičů a potenciálně vyšší účinností.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 01.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

Za zadavatele:

Ing. Milan Škarka, Ph.D, MBA
statutární zástupce