

Centrální zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242
(dále jen „**zadavatel**“)

Veřejná zakázka:
„DNS 38 – Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín)“

veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému s názvem „**Dynamický nákupní systém na dodávky lůžek, matrací, stolků a evakuačních podložek 2023–2026**“ ve smyslu ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 1 ze dne 24. 9. 2025

„Dotaz č. 1

Lůžko s nízkou ložnou plochou - 100 ks

Požadavek:

5.	<i>Pevný kovový rám jednoduše čistitelný s kovovými lamelami</i>
----	--

Může uchazeč nabídnout praktičtější řešení oproti poptávané základní ložné ploše z lamel, a to jednoduše oddělitelnou ložnou plochu z rámu lůžka – viz požadavek zadavatele u bariatrického lůžka – 2 ks? Tedy mnohem lépe čistitelné a hygienicky udržovatelné řešení? Vycházíme z dodávek podobných lůžek do organizací kraje. Bude zadavatel vyžadovat tuto nespornou výhodu demontovatelné ložné plochy aktuálně u všech 100 ks poptávaných lůžek pro všechny uchazeče?

Dotaz č.2

Lůžko s nízkou ložnou plochou - 100 ks

Požadavek:

21.	<i>Průměr koleček min. 150 mm</i>
-----	-----------------------------------

Požadavek na průměr koleček 150 mm opravdu musí splňovat zároveň i požadavek na nejnižší možnou polohu lůžka 25 cm od země? Bod 11. Garantuje zadavatel tímto požadavkem splnění obou požadavků na vlastnosti pečovatelského lůžka?

Dotaz č. 3

Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům - 120 ks

Požadavek:

2.	Nosnost min. 180 kg
----	---------------------

Sekulární trend v tělesné výšce a hmotnosti dospělé populace v České republice:

Průměrná hmotnost mužů je 83,6 kg, u žen 69,2 kg – aktuální informace z Google. 99 % obyvatel nemá víc, než 140 kg! Nosnost matrace minimálně 180 kg je v tomto případě neopodstatněná, pokud se nejedná o oddělení pro bariatrické klienty. Z praxe znamenají matrace s touto vyšší nosností velmi vysoké riziko dekubitů u klientů s průměrnou hmotností vzhledem k tvrdosti matrace, která musí umět pojmout hmotnost 180 kg. Akceptuje zadavatel nabídnutou matraci s nosností 150 kg, která vyhovuje drtivě většině klientů v sociálních zařízeních a garantuje normovanou výšku matrace 14 cm?

Dotaz č. 4

Aktivní matrace s kompresorem - 10 ks

Požadavek:

1.	Nosnost min. 250 kg
----	---------------------

Může prosím zadavatel objasnit požadavek na aktivní matrace s minimální nosností 250 kg? Sekulární trend v tělesné výšce a hmotnosti dospělé populace v České republice:

Průměrná hmotnost mužů je 83,6 kg, u žen 69,2 kg – aktuální informace z Google. 99 % obyvatel nemá víc, než 140 kg! Nosnost matrace minimálně 250 kg je v tomto případě neopodstatněná, pokud se nejedná o oddělení pro bariatrické klienty, navíc nutné přizpůsobení požadavku i na šířku matrace minimálně 120 x 200 cm. Požadavek na matraci s nosností 250 kg je do klasického lůžka neopodstatněná, jelikož bude matrace velmi vysoká a tím neplní normu pro bezpečnost klienta v lůžku v kombinaci požadované, bezpečné výšky postranic. Navíc klient nad 150 kg hmotnosti se do klasického pečovatelského lůžka s rozměrem 200x90 cm logicky svým objemem nevejde. Akceptuje zadavatel standardní aktivní matraci s nosností například 180 kg, která vyhovuje drtivě většině klientů v sociálních zařízeních a garantuje normovanou výšku matrace max. 15 cm hlavně při použití lůžka s ložnou plochou 200x90 cm?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad 1)

Zadavatel po přehodnocení požadavku připouští u lůžka s nízkou ložnou plochou i rám s demontovatelným roštem.

Ad 2)

Zadavatel po přehodnocení požadavku bude u lůžka s nízkou ložnou plochou akceptovat nejnižší požadovanou výšku 28 cm, přičemž trvá na minimálním průměru koleček 150 mm.

Ad 3)

Zadavatel po přehodnocení požadavku bude u pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům akceptovat minimální nosnost 150 kg.

Ad 4)

Zadavatel po přehodnocení požadavku bude u aktivní matrace s kompresorem akceptovat minimální nosnost matrace 180 kg.

Zadavatel k dotazu dodává, že účelem vysvětlení zadávací dokumentace není vysvětlování, co jej vedlo ke stanovení svých technických specifikací a nebude objasňovat své požadavky na minimální parametry.

II.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění. Upravená Technická specifikace předmětu plnění je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu zadávací dokumentace upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše a s ohledem na rozšíření okruhu možných účastníků řízení k zadání veřejné zakázky zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 15 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do **24. 10. 2025 do 10:00 hodin.**

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění ze dne 29. 9. 2025

V Brně dne 29. 9. 2025

CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič