

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 09.10.2025

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Permanentní močová katetrizace

Dotaz č.4 / 8.10.2025:

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat, zda bude zadavatel u části A akceptovat:

- 1) u silikonového močového katetru Tiemann a Nelaton velikost balónku 5 - 10ml
- 2) velikostí katétrů CH12-24, CH26 vzhledem k málo používané velikosti nemáme v nabídce

Odpověď k dotazu č.4:

Pro část dotazu 1) zadavatel zvážil dotaz k požadovanému objemu balonku, který se již opakuje a rozhodl se upravit požadovaný objem balonku takto: min. objem (5 – 10) ml

Pro část dotazu 2) již zadavatel připustil velikosti CH 12 – 24 v předchozí revizi technických parametrů.

Zadavatel upravil technické parametry – viz příloha 2 Technické parametry - PMK_rev2.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k dotazům rozhodl o revizi požadovaných technických a provozních parametrů - viz příloha 2 **Technické parametry – PMK_rev2.**

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 23.10. 2024 do 14:00 hodin.