

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Permanentní močová katetrizace

Dotaz č.5 / 9.10.2025:

Zdvořile si dovoluujeme si požádat o doplnění smlouvy o standardní ustanovení - možnost ukončení smlouvy bez udání důvodů ze strany dodavatele ve lhůtě 2-3 měsíce.

Odpověď k dotazu č.5:

Zadavatel k dotazu sděluje, že předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele spočívající v garanci vysoutěžených kupních cen po dobu 12 měsíců. V případě, že by zadavatel přistoupil na možnost rozvázání příslušné rámcové kupní smlouvy ze strany dodavatele bez udání důvodu, nedosáhl by zadavatel tohoto účelu veřejné zakázky. Je odpovědností dodavatele nacenit předmět plnění takovým způsobem, aby byl schopen dostat svému závazku po celou dobu trvání smluvního vztahu. Zadavatel v tomto ohledu nehodlá zadávací vyhlášené podmínky, jakkoliv měnit.

Dotaz č.6 / 9.10.2025:

Dotaz k zadávací dokumentaci – část PMK, část C: Set pro permanentní močovou katetrizaci

V zadávací dokumentaci, část PMK – část C: Set pro permanentní močovou katetrizaci, zadavatel uvádí požadavek na 4 ks tamponů v setu.

Dovoluujeme si požádat o upřesnění, zda zadavatel připustí dodání setu obsahujícího 5 ks sterilních tamponů, jelikož tento počet odpovídá Národnímu ošetřovatelskému postupu „Katetrizace močového měchýře“ (Věstník MZ ČR, 21. 2. 2020).

NOP v seznamu pomůcek uvádí 3–6 tamponů a v popisu dezinfekčního postupu u ženy stanovuje použití 5 tamponů. Požadavek na 5 ks tamponů je tedy v souladu s doporučeným postupem Ministerstva zdravotnictví ČR a běžnou klinickou praxí.

Děkujeme za vyjádření, zda bude možné akceptovat dodávku setu s 5 ks tamponů.

Odpověď k dotazu č.6:

Zadavatel zvážil dotaz včetně vysvětlení k požadovanému počtu kusů tamponů v části C v setu pro permanentní močovou katetrizaci a bude rozhodl, že bude akceptovat 5 kusů tamponů ve zmíněném setu.

Zadavatel upravil požadavek na počet tamponů v setu na minimálně 4 kusy.

Zadavatel upravil technické parametry – viz příloha 2 Technické parametry - PMK_rev3.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k dotazům rozhodl o revizi požadovaných technických a provozních parametrů - viz příloha 2 **Technické parametry – PMK_rev3.**

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili tabulku revidované technické specifikace, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 29.10. 2024 do 14:00 hodin.