

Centrální zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242
(dále jen „**zadavatel**“)

Veřejná zakázka:
„DNS 38 – Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín)“

veřejná zakázka zadávaná v dynamickém nákupním systému s názvem „**Dynamický nákupní systém na dodávky lůžek, matrací, stolků a evakuačních podložek 2023–2026**“ ve smyslu ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 2 ze dne 7. 10. 2025

„*Bariatrické lůžko - 2 ks*“

3.	<i>Lůžko musí umožňovat úpravu šířky ložné plochy až o 10 cm</i>
----	--

Požadavek zadavatele u bariatrického lůžka (2 ks) na rozšíření ložné plochy až o 10 cm u lůžka s vnitřní ložnou plochou 200x100 cm, což znamená rozšířenou ložnou plochu 200x110 cm.

a) *Požadavek u lůžka je ale na matraci pouze 200x100 cm, což je zavádějící, a tedy dojde při rozšíření ložné plochy k mezerám na obou stranách lůžka, a tím k nebezpečí zaseknutí končetin, případně zvýšené riziko zlomenin, odřenin a k problému minimálně otlačené končetiny, vedoucí až k výskytu nežádoucího dekubitu.*

b) *Tento požadavek je navíc pro ostatní účastníky soutěže výrazně diskriminující už vzhledem k faktu, že požadavek na tato 2 lůžka tvoří pouze 2,44 % objemu z celkového počtu požadovaných lůžek na vybavení S – CENTRA HODONÍN.*

V tomto případě se měla soutěž rozdělit na 2 části pro vyšší transparentnost a možnost přihlášení více účastníků, kteří budou plnit zbytek požadavků na technickou specifikaci o zbytku poptávaných položek předmětu soutěže.

c) *Pokud by byl důvod vyjetí „zúženého“ bariatrického lůžka z pokoje v případě akutní nutnosti, tak s vnější šířkou minimálně požadovaných 112 cm (požadavek v technické specifikaci) se do standardního dveřního otvoru 110 cm lůžko stejně nevejde. Tuto situaci a s ní spojené riziko řešíme standardně velmi jednoduchým řešením, a to dodáním EVAKUAČNÍ PODLOŽKY*

s nosností 250 kg s požadovanými rozměry matrace. Pokud se jedná o evakuaci, s touto situací musí být personál a hasiči seznámeni při nácviku evakuace domova.

- d) V případě stěhování lůžek je řešení přepravníku, který i bariatrické lůžko jednoduše s jakoukoliv šířkou proveze i dveřními otvory 110 cm.

My jako uchazeč nabízíme efektivní řešení výběrem bariatrických lůžek, odzkoušenou v mnoha krajských domovech Jihomoravského kraje, kde naše lůžka plní všechny normy bezpečnosti. Lůžka s ložnou plochou 200x100 cm, případně 200x120 cm a k tomu adekvátně i matrace.

Souhlasí tedy zadavatel s nabídkou standardního lůžka 200x100 cm? Případně nabízíme lůžko 200x120 cm.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

Ad a)

Zadavatel trvá na uvedeném požadavku možnosti rozšíření ložné plochy požadovaného bariatrického lůžka i na požadavcích k bariatrickým matracím, neboť v případě rozšíření ložné plochy lůžka bude možnost vyplnit vzniklou mezeru vložnými klíny z obou stran, případně hranolem z jedné strany. Tím bude zabezpečena bezpečnost klienta proti zaseknutí, odřeninám či otlačeninám.

Zadavatel rovněž v souvislosti s obdrženým dotazem z **vlastního podnětu** upravuje znění požadavku na rozšíření ložné plochy bariatrického lůžka v položce č. 3 a stanovuje, že požadovaných 10 cm je minimálním požadavkem na rozšíření. Požadavek uvedený v technické specifikaci po úpravě zní následovně:

3.	Lůžko musí umožňovat úpravu šířky ložné plochy min. o 10 cm	ANO/NE
----	---	--------

přičemž v nabídce dodavatel u této položky uvede, zda splňuje, či nesplňuje požadavek zadavatele.

Ad b)

Zadavatel nepovažuje požadavek na dodávky předmětů uvedených v technické specifikaci za diskriminační, neboť vychází z individuálních potřeb zadavatele, především se zřetelem na nutnost kompatibility požadovaných předmětů plnění a jednotného dodání do nově vznikajícího areálu zadavatele s ohledem na řádné provedení testovacího provozu.

Zadavatel nadto dále uvádí, že v rámci zadávacích podmínek řízení k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému nevyloučil možnost účasti poddodavatelů.

Ad c) a d)

Zadavatel k výše uvedenému bodu uvádí, že v areálu, kam budou bariatrická lůžka dodávána jsou projektovány vstupy šíře 120 cm. V případě problematického průjezdu či nemožnosti evakuace klienta na lůžka bude klient evakuován za využití příslušné evakuační podložky. V případě problematického průjezdu při stěhování bude pak zadavatel situaci řešit přiměřeným způsobem.

K poslednímu odstavci žádosti dodavatele zadavatel uvádí, že souhlasí s nabídkou lůžka o rozměrech ložné plochy 200 x 100 cm pouze za předpokladu, že bude lůžko splňovat požadavek uvedený v technické specifikaci na rozšíření ložné plochy minimálně o 10 cm, jak bylo tímto vysvětlením zadávací dokumentace stanoveno z vlastního podnětu v odpovědi k bodu a) výše.

II.

S ohledem na poskytnutí odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění. Upravená Technická specifikace předmětu plnění je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu zadávací dokumentace upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 15 Výzvy k podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do **29. 10. 2025 do 11:00 hodin.**

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována

Přílohy:

Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění ze dne 13. 10. 2025

V Brně dne 13. 10. 2025

CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič