

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 18.11.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202571 – Elektrokoagulační přístroje II

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„ORL ambulance

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru:

Monopolární maximální VF výkon minimálně 140 W

Bipolární maximální VF výkon minimálně 100 W

Zastupujeme renovovanou značku elektrochirurgických generátorů a v naší nabídce jsou přístroje pro ambulantní účely ale s nižším výkonem. Ze zkušeností víme, že použití pro ambulantní účely takového přístroje nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Bude zadavatel akceptovat elektrochirurgický generátor s výkonem až 120 Wattů v monopolárním režimu a až 95 Wattů v bipolárním režimu?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadavek na maximální monopolární VF výkon minimálně 140 W je běžnou technickou specifikací uváděnou ve veřejných zakázkách a technických listech pro středně výkonné elektrokoagulační a elektrochirurgické přístroje. Tato úroveň výkonu (140 W) je obvykle dostatečná pro široké spektrum standardních chirurgických řezacích (řez, blend) a koagulačních (koagulace, sprej koagulace) aplikací a je tak více univerzální pro použití mimo ambulanci ORL.

Elektrochirurgické jednotky s bipolárním vysokofrekvenčním (VF) výkonem minimálně 100 W jsou na trhu běžně dostupné a používají se pro širokou škálu chirurgických zákroků.

VF výkon 100 W a více: Tento výkon je vhodný pro středně náročné až náročnější zákroky, včetně gynekologie, urologie, všeobecné chirurgie a endoskopických operací a je tak více univerzální pro použití mimo ambulanci ORL.

Vzhledem k potřebě nemocnice použitelnosti přístrojů v případě poruch a havárií i na jiných odděleních neakceptuje zadavatel elektrochirurgický generátor s výkonem až 120 W v monopolárním režimu a až 95 W v bipolárním režimu.

Znění dotazu č. 2:

„ORL ambulance

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru:

Maximální rozměry přístroje (V x Š x H): 25 x 25 x 15 cm

Zastupujeme renovovanou značku elektrochirurgických generátorů a v naší nabídce jsou přístroje pro

ambulantní účely ale s většími rozměry:

Šířka x výška x hloubka

280 x 135 x 300 mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku výše popsaného přístroje?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem ambulance jsou požadavky na přístrojové vybavení s minimálními rozměry.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku výše popsaného přístroje.

Znění dotazu č. 3:

„ARO

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru:

Monopolární maximální VF výkon minimálně 160 W

Bipolární maximální VF výkon minimálně 100 W

Zastupujeme renovovanou značku elektrochirurgických generátorů a v naší nabídce jsou přístroje pro ambulantní účely ale s nižším výkonem. Ze zkušeností víme, že použití pro ambulantní účely takového přístroje nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Bude zadavatel akceptovat elektrochirurgický generátor s výkonem až 120 Wattů v monopolárním režimu a až 95 Wattů v bipolárním režimu?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Požadavek na maximální monopolární VF výkon minimálně 160 W je běžnou technickou specifikací uváděnou ve veřejných zakázkách a technických listech pro středně výkonné elektrokoagulační a elektrochirurgické přístroje. Tato úroveň výkonu (160 W) je obvykle dostatečná pro široké spektrum standardních chirurgických řezacích (řez, blend) a koagulačních (koagulace, sprej koagulace) aplikací a je tak více univerzální pro použití mimo oddělení ARO.

Elektrochirurgické jednotky s bipolárním vysokofrekvenčním (VF) výkonem minimálně 100 W jsou na trhu běžně dostupné a používají se pro širokou škálu chirurgických zákroků.

VF výkon 100 W a více: Tento výkon je vhodný pro středně náročné až náročnější zákroky, včetně gynekologie, urologie, všeobecné chirurgie a endoskopických operací a je tak více univerzální pro použití mimo oddělení ARO.

Vzhledem k potřebě nemocnice použitelnosti přístrojů v případě poruch a havárií i na jiných odděleních neakceptuje zadavatel elektrochirurgický generátor s výkonem až 120 Wattů v monopolárním režimu a až 95 Wattů v bipolárním režimu.

Znění dotazu č. 4:

„ARO

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru:

Maximální rozměry přístroje (V x Š x H): 25 x 25 x 15 cm

Zastupujeme renovovanou značku elektrochirurgických generátorů a v naší nabídce jsou přístroje pro ambulantní účely ale s většími rozměry:

Šířka x výška x hloubka

280 x 135 x 300 mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku výše popsaného přístroje?”

Odpověď na dotaz č. 4:

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem ambulance jsou požadavky na přístrojové vybavení s minimálními rozměry.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku výše popsaného přístroje.

Znění dotazu č. 5:

„Oční sál

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru:

Monopolární maximální VF výkon minimálně 140 W

Bipolární maximální VF výkon minimálně 100 W

Zastupujeme renovovanou značku elektrochirurgických generátorů a v naší nabídce jsou přístroje pro ambulantní účely ale s nižším výkonem. Ze zkušeností víme, že použití pro ambulantní účely takového přístroje nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Bude zadavatel akceptovat elektrochirurgický generátor s výkonem až 120 Wattů v monopolárním režimu a až 95 Wattů v bipolárním režimu?”

Odpověď na dotaz č. 5:

Požadavek na maximální monopolární VF výkon minimálně 140 W je běžnou technickou specifikací uváděnou ve veřejných zakázkách a technických listech pro středně výkonné elektrokoagulační a elektrochirurgické přístroje. Tato úroveň výkonu (140 W) je obvykle dostatečná pro široké spektrum standardních chirurgických řezacích (řez, blend) a koagulačních (koagulace, sprej koagulace) aplikací a je tak více univerzální pro použití mimo oční sál.

Elektrochirurgické jednotky s bipolárním vysokofrekvenčním (VF) výkonem minimálně 100 W jsou na trhu běžně dostupné a používají se pro širokou škálu chirurgických zákroků.

VF výkon 100 W a více: Tento výkon je vhodný pro středně náročné až náročnější zákroky, včetně gynekologie, urologie, všeobecné chirurgie a endoskopických operací a je tak více univerzální pro použití mimo oční sál.

Vzhledem k potřebě nemocnice použitelnosti přístrojů v případě poruch a havárií i na jiných odděleních neakceptuje zadavatel elektrochirurgický generátor s výkonem až 120 Watů v monopolárním režimu a až 95 Watů v bipolárním režimu.

Znění dotazu č. 6:

„Oční sál

Zadavatel požaduje u elektrochirurgického generátoru:

Maximální rozměry přístroje (V x Š x H): 25 x 25 x 15 cm

Zastupujeme renovovanou značku elektrochirurgických generátorů a v naší nabídce jsou přístroje pro ambulantní účely ale s většími rozměry:

Šířka x výška x hloubka

280 x 135 x 300 mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku výše popsaného přístroje?”

Odpověď na dotaz č. 6:

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem ambulance jsou požadavky na přístrojové vybavení s minimálními rozměry.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku výše popsaného přístroje.

Znění dotazu č. 7:

„Domníváme se, že nastavením zadávací dokumentace v současné podobě dochází k porušení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Pokud zadavatel v technické specifikaci požaduje splnění všech uvedených bodů bez jakékoliv možnosti odchylek či alternativního plnění, a to pro všechny elektrokoagulační jednotky, působí takto nastavené zadávací podmínky dojemem, že mohou být splněny pouze výrobky jediného dodavatele. Tím je zásadním způsobem omezena hospodářská soutěž a účast více potenciálních dodavatelů, což je v rozporu se zásadami otevřeného a nediskriminačního zadávacího řízení.

Důvodem tohoto tvrzení je skutečnost, že jsme se aktivně zúčastnili průzkumu trhu a zadavateli jsme poskytli veškeré požadované informace o námi nabízených elektrokoagulačních jednotkách. Přesto však byla výsledná technická specifikace nastavena jako jedna komplexní dodávka, bez možnosti rozdělení zakázky na části podle jednotlivých jednotek. Tímto způsobem je fakticky znemožněna účast více subjektům a omezena otevřená soutěž.

Žádáme proto o přehodnocení zadávací dokumentace tak, aby odpovídala zásadám transparentnosti, rovného zacházení a hospodářské soutěže. Navrhujeme zejména zvážit rozdělení zakázky na části podle jednotlivých typů elektrokoagulačních jednotek, případně úpravu technických požadavků tak, aby nebyly stanoveny přísněji, než je nezbytné pro dosažení cíle veřejné zakázky.“

Odpověď na dotaz č. 7:

Požadavky jsou běžnou technickou specifikací uváděnou ve veřejných zakázkách a technických listech pro středně výkonné elektrokoagulační a elektrochirurgické přístroje.

Zadavatel vzhledem k této skutečnosti a také z důvodu havarijního stavu elektrochirurgických jednotek na očním sále, ORL ambulanci a ortopedickém sále nebude zakázku rozdělovat ani upravovat technické požadavky.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem**Informace č. 1**

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 01.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodloužit.

Za zadavatele: