

NAŠE ZN.: VZ202563
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 27.11.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka č. VZ202563 Stolní uzavřený systém pro zpracování výtěrů z nosohltanu metodou PCR

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel uvádí v řádku 7, Technické specifikace, Parametr požadovaný zadavatelem: „stolní uzavřený systém pro zpracování výtěrů z nosohltanu v UTM metodou PCR poskytující vysokou přesnost a reprodukovatelnost výsledků“.

Může zadavatel specifikovat, co se myslí pod „vysokou přesností a reprodukovatelností výsledků“, nebo na základě čeho bude tento parametr hodnocen?

Pro hodnocení analytické způsobilosti diagnostických prostředků se standardně využívá soulad s Nařízením EP a Rady č. (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a s Nařízením EP a Rady č. (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a nést označení CE.

Bude to tak i v tomto případě?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, bude tak i v tomto případě a upravujeme takto technickou specifikaci.

Znění dotazu č. 2:

„Zadavatel v rámci Technické specifikace neuvádí požadovanou maximální délku vyšetření, tedy čas k výsledku od spuštění testu/přijetí vzorky do laboratoře. Délka vyšetření tedy nehraje pro laboratoř roli? V případě, že ano, budou zvýhodněny nabídky s výrazně kratším časem k výsledku?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Délka vyšetření pro laboratoř není podstatná.

Nabídky s výrazně kratším časem k výsledku nebudou zvýhodněny.

Znění dotazu č. 3:

„Zadavatel uvádí v řádku 22, Technické specifikace, Parametr požadovaný zadavatelem: Specifikace diagnostik, „velký respirační panel“: „Parainfluenza 1,2,3“.

Může zadavatel zdůvodnit, proč není požadován i subtyp Parainfluenza 4, kterého prevalence v populaci je na úrovni subtypů 1 a 2 a zároveň způsobuje podobně závažná onemocnění jako typ 3?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel vychází z požadavků praktických lékařů, kteří pečlivě zvažují cenu vyšetření a kterým stačí k diferenciální diagnostice seznam agens uvedených ve specifikaci.

Znění dotazu č. 4:

„Zadavatel uvádí v řádcích 26 a 27, Technické specifikace, Parametr požadovaný zadavatelem: Specifikace diagnostik, „velký respirační panel“: „Bordetella pertussis“ a „Mycoplasma pneumoniae“.

Může zadavatel zdůvodnit, proč nejsou obsaženy i další bakterie způsobující atypické pneumonie, a to zejména bordetella parapertussis a chlamydia pneumoniae?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel vychází z požadavků praktických lékařů, kteří pečlivě zvažují cenu vyšetření a kterým stačí k diferenciální diagnostice seznam agens uvedených ve specifikaci.

Znění dotazu č. 5:

„Zadavatel v Technické specifikaci v sekci Specifikace diagnostik, „velký respirační panel“ uvádí „popř.jiné agens způsobující respirační infekce např.Chlamydia pneumoniae“.

Jelikož Technická specifikace je koncipovaná systémem ANO/NE, „2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek),,, jakým způsobem bude tedy hodnoceno, jestli dodavatel nabídne v rámci nabídky i jiné respirační patogeny, obsažené v jednom testu, například chlamydia pneumonia, bordetella parapertussis a běžné lidské koronaviry zahrnují typy 229E, NL63, OC43, HKU1, které se v populaci vyskytují u signifikantního procenta nemocných a mohou způsobovat podobně závažné onemocnění jako jiné patogeny uvedené ve „velkém respiračním panelu“ popsaném v Technické specifikaci.

Bude tedy dodavatel, který nenabídne „jiné agens způsobující respirační infekce“, vyloučen? Nebo bude naopak dodavatel, který nabídne širší spektrum patogenů zvýhodněn? Počet patogenů v panelu má výrazný vliv na výslednou cenu daného testu, a to samozřejmě výrazně ovlivňuje hlavní hodnotící kritérium VZ, tedy celkovou cenu za 1 rok.“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel vychází z požadavků praktických lékařů, kteří pečlivě zvažují cenu vyšetření a kterým stačí k diferenciální diagnostice seznam agens uvedených ve specifikaci.

Dodavatel, který nenabídne jiné agens nebude vyloučen. (Bude upraveno v technické specifikaci).

Dodavatel, který nabídne širší spektrum patogenů nebude zvýhodněn.

Znění dotazu č. 6:

„Zadavatel v Technické specifikaci v sekci Specifikace diagnostik, „velký respirační panel“ uvádí „popř. jiné agens způsobující respirační infekce např. Chlamydia pneumoniae“ a „malý respirační panel“ uvádí „popř. Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku jednoho typu diagnostik pro oba případy, když test pokrývá všechny uvedené patogeny, a i mnohé další?“

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel bude akceptovat nabídku jednoho typu diagnostik pro oba případy, i když záměrem bylo respektovat požadavky lékařů obzvláště v období epidemií s potřebou vyšetřit úzkou skupinu vybraných agens.

Znění dotazu č. 7:

„Zadavatel uvádí v Technické specifikaci, Parametr požadovaný zadavatelem: „stolní přístroj s optimálními rozměry 400x260x330 mm“. Dále uvádí v sloupci C, že požadována minimální hodnota je: „400x260x330mm“. Může zadavatel blíže specifikovat požadované hodnoty na rozměry přístroje. Protože dle uvedeného přístroje s menšími rozměry než požadovaný optimální rozměr, který je zároveň i minimální rozměr, nebude splňovat parametr uvedený v Technické specifikaci.“

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel upravuje v technické specifikaci maximální rozměry na 450x300x350 mm.

Znění dotazu č. 8:

„V Příloze č. 3, Smlouva o výpůjčce zadavatel požaduje „Půjčitel se zavazuje zajistit následující servisní podporu: nástup technika do 6 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod. po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka 24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce“.

Provozní doba mikrobiologie dle veřejně dostupné Laboratorní příručky je: „Po-Pá 7:00 – 15:30, So 7:00 – 15:00 a svátky – jen po telefonické konzultaci?“. Bude zadavatel akceptovat dostupnost servisu jenom v této době?

Nástup technika do 6 hodin od poruchy je značně nestandardní požadavek, primárně vzhledem k požadavku na zpracování 4 vzorek naraz, nezávisle. Přístroj tedy musí mít 4 nezávislé procesní jednotky, moduly, a v případě poruchy jedné z nich budou další 3 stále fungovat.

Bude tedy zadavatel akceptovat nabídku, kde nástup technika bude do 24 h od nahlášení poruchy?“

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel bude akceptovat nabídku kde nástup technika bude do 24 hodin od nahlášení poruchy.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje:

UPRAVENOU Přílohu č. 1a – Technická specifikace

UPRAVENOU Přílohu č. 3 - Smlouva o výpůjčce + rámcová kupní smlouva.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 23.12.2025

Za zadavatele: