

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3/15021 veřejné zakázky
„Magnetická rezonance“**

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, Kyjov 697 33
IČO: 002 26 912
zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15021



Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky (projektu): Magnetická rezonance
Ev. číslo (VVZ): VZ 507946
Ev. číslo (TED): 2015/S 035-059335
Identifikační číslo projektu: -
Akceptační číslo projektu: -
Dotační titul: -
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na dodávky
Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.): Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ): Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Vážení,

v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele ze dne 9. 6. 2015 resp. po úpravě dotazu dodavatele ze dne 10.6.2015

„Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o dodání výkresové dokumentace uvažované přestavby, která byla uchazečům poskytnuta k nahlédnutí při prohlídce místa plnění v elektronické podobě, nejlépe ve formátu DWG.“

Dodatečné informace č. 1/I

Zadavatel dává k dispozici verzi v dwg, jako **přílohu č. 1** těchto dodatečných informací.

„Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o úpravu nově zveřejněných smluv, jelikož v nich došlo k chybě v následujících člancích 6.2., 6.3. kupní smlouvy: „Error! Reference source not found“ a dále 5.2. servisní smlouvy: a „Error! Reference source not found.“, z čehož není zcela zřejmé na jaké články se zadavatel odkazuje.“

Dodatečné informace č. 1/II

Opravené znění kupní a servisní smlouvy jsou **přílohou č. 2 a 3** těchto dodatečných informací. Původní číslování článků v textu nebylo změněno, chybný odkaz byl nahrazen číslováním.

„Dotaz č. 3

V dodatečných informacích č. 2 došlo k objasnění pojmu „bezvadný, resp. bezchybný provoz“ a to následovně:

„Bezvadným či bezchybným provozem je myšlen takový provoz zařízení, který je v souladu s provozem tohoto zařízení při dodržování smluvních a záručních podmínek dle této smlouvy Prodávajícím a kdy případně vzniklá vada zařízení nezpůsobí částečnou či úplnou poruchu jeho funkčnosti ve smyslu neumožnění naplnění účelu koupě zařízení, tj. poskytování diagnostické zdravotní péče, přičemž na výpadky provozu zařízení, které budou prodávajícím opraveny v takové časové prodlevě, aby od nahlášení poruchy zařízení v souladu s touto smlouvou do jeho opravy nedošlo ke změně počtu plánovaného rozsahu vyšetření a počtu pacientů. Celkový rozsah všech drobných výpadků, které nebudou započítány do běhu bezvadného či bezchybného provozu činí v celkovém součtu 4 hodiny. (např. 10 x 24 minut, 20 x 12 minut atp.), přičemž maximální výpadek, který nebude započítán do vadného či chybného provozu zařízení má délku 2 hodin a v takovémto rozsahu může nastat pouze 2x po dobu běhu 60-denní lhůty. Takovéto výpadky provozu zařízení pak nebudou započítány do vad či chyb zařízení ve smyslu běhu 60-denní lhůty.“

Výše uvedený rozsah považujeme za zcela nestandardní a žádáme tímto zadavatele o úpravu ustanovení 3.4.6 kupní smlouvy alespoň v následujícím rozsahu:

„Bezvadným či bezchybným provozem je myšlen takový provoz zařízení, který je v souladu s provozem tohoto zařízení při dodržování smluvních a záručních podmínek dle této smlouvy Prodávajícím a kdy případně vzniklá vada zařízení nezpůsobí částečnou či úplnou poruchu jeho funkčnosti ve smyslu neumožnění naplnění účelu koupě zařízení, tj. poskytování diagnostické zdravotní péče, přičemž na výpadky provozu zařízení, které budou prodávajícím opraveny v takové časové prodlevě, aby od nahlášení poruchy zařízení v souladu s touto smlouvou do jeho opravy nedošlo ke změně počtu plánovaného rozsahu vyšetření a počtu pacientů. Celkový rozsah všech drobných výpadků, které nebudou započítány do běhu bezvadného či bezchybného provozu činí v celkovém součtu 24 hodin, přičemž maximální výpadek, který nebude započítán do vadného či chybného provozu zařízení má délku 12 hodin a v takovémto rozsahu může nastat pouze 2x po dobu běhu 60-denní lhůty. Takovéto výpadky provozu zařízení pak nebudou započítány do vad či chyb zařízení ve smyslu běhu 60-denní lhůty.“

„Pokud zadavatel nevyhoví výše uvedenému návrhu, žádáme alespoň o jakékoliv navýšení celkového součtu hodin i prodloužením délky chybného provozu.“

Dodatečné informace č. 1/III

Zadavatel pro úplnost dotazu dodavatele porovnal navrhované znění čl. 3.4.6. kupní smlouvy od dodavatele (tazatele) a znění kupní smlouvy čl. 3.4.6. dle dodatečných informací č. 2/15021, přičemž přeškrtnutý text, je text dle dodatečných informací č. 2/15021 a podtržený text, je text od dodavatele.

„Bezvadným či bezchybným provozem je myšlen takový provoz zařízení, který je v souladu s provozem tohoto zařízení při dodržování smluvních a záručních podmínek dle této smlouvy Prodávajícím a kdy případně vzniklá vada zařízení nezpůsobí částečnou či úplnou poruchu jeho funkčnosti ve smyslu neumožnění naplnění účelu koupě zařízení, tj. poskytování diagnostické zdravotní péče, přičemž na výpadky provozu zařízení, které budou prodávajícím opraveny v takové časové prodlevě, aby od nahlášení poruchy zařízení v souladu s touto smlouvou do jeho opravy nedošlo ke změně počtu plánovaného rozsahu vyšetření a počtu pacientů. Celkový rozsah všech drobných výpadků, které nebudou započítány do běhu bezvadného či bezchybného provozu činí v celkovém součtu ~~4 hodiny. (např. 10 x 24 minut, 20 x 12 minut atp.)~~, 24 hodin, přičemž maximální výpadek, který nebude započítán do vadného či chybného provozu zařízení má délku 212 hodin a v takovémto rozsahu může nastat pouze 2x po dobu běhu 60-denní lhůty. Takovéto výpadky provozu zařízení pak nebudou započítány do vad či chyb zařízení ve smyslu běhu 60-denní lhůty.“

Zadavatel tímto upřesňuje znění článku 3.4.6. kupní smlouvy následovně (zažlucený text = upravený či nový text):

„Bezvadným či bezchybným provozem je myšlen takový provoz Zařízení, který je v souladu s provozem tohoto zařízení při dodržování smluvních a záručních podmínek dle této smlouvy Prodávajícím a kdy případně vzniklá vada zařízení nezpůsobí částečnou či úplnou poruchu jeho funkčnosti ve smyslu neumožnění naplnění účelu koupě zařízení, tj. poskytování diagnostické zdravotní péče, přičemž na výpadky provozu zařízení, které budou prodávajícím opraveny v takové časové prodlevě, aby od nahlášení poruchy zařízení v souladu s touto smlouvou do jeho opravy nedošlo ke změně počtu plánovaného rozsahu vyšetření a počtu pacientů. Celkový rozsah všech drobných výpadků, které nebudou započítány do běhu bezvadného či bezchybného provozu činí v celkovém součtu 24 hodin, přičemž maximální výpadek, který nebude započítán do vadného či chybného provozu zařízení má délku 24 hodin a v takovémto rozsahu může nastat pouze 1x po dobu běhu 60-denní lhůty. Takovéto výpadky provozu zařízení pak nebudou započítány do vad či chyb zařízení ve smyslu běhu 60-denní lhůty. V případě, že závada bude nahlášena v pracovní den do 17:00 hodin před dnem pracovního klidu, 24 hodinová lhůta bude prodloužena do prvního následujícího pracovního dne do 12:00 hodin (příklad: porucha je nahlášena v pátek v 16:58 hodin, potom se lhůta prodlužuje do pondělí 12:00 hodin, za předpokladu, že pondělí není státním svátkem atp.). V případě, že závada bude nahlášena v pracovní den po 17:00 hodině před dnem pracovního klidu, potom 24 hodinová lhůta začíná běžet až od 7:00 hodin prvního následujícího pracovního dne (příklad: porucha je nahlášena v pátek v 17:01 hodin, potom se lhůta vypočítává od pondělí 7:00 hodin, za předpokladu, že pondělí není státním svátkem atp.).“

Přičemž výše uvedený text, v souvislosti s dotazem č. 4 dodavatele bude dále upřesněn, viz dodatečné informace č. 1/IV v textu níže.

„Dotaz č. 4

Zadavatel v novém znění čl. 3.4.6 vymezuje bezvadný, resp. bezchybný provoz v průběhu 60-denní lhůty, ale ne v souvislosti s další 3,6,9 a 12 měsíční lhůtou (čl. 3.4.2. až 3.4.5).

Žádáme zadavatele o objasnění pojmu bezvadný, resp. bezchybný provoz v souvislosti s čl. 3.4.2. až 3.4.5.“

Dodatečné informace č. 1/IV

Požadavek na 60 po sobě jdoucích dnů bezchybného provozu Zařízení se závěrem „schopen provozu bez omezení“ se vztahuje pouze a výlučně k platbě první části kupní ceny zařízení dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy.

Platby částí kupní ceny dle čl. 3.4.2 – 3.4.5 Kupní smlouvy budou automaticky realizovány v návaznosti na jednorázové splnění podmínky 60 po sobě jdoucích dnů bezchybného provozu Zařízení se závěrem „schopen provozu bez omezení“ dle čl. 3.4.1 Kupní smlouvy (tzn. u platby první části kupní ceny). Převedeno do praxe, části kupní ceny dle čl. 3.4.2 – čl. 3.4.5 Kupní smlouvy budou Zadavatelem vybranému uchazeči uhrazeny na základě faktur vystavených:

V případě platby dle čl. 3.4.2 po uplynutí 3 měsíců od data potvrzení kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy.

V případě platby dle čl. 3.4.3 po uplynutí 6 od data potvrzení kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy.

V případě platby dle čl. 3.4.4 po uplynutí 9 měsíců od data potvrzení kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy.

V případě platby dle čl. 3.4.5 po uplynutí 12 měsíců od data potvrzení kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy,

vše za podmínky, že Zařízení splní jednorázově podmínku 60 po sobě jdoucích dnů bezchybného provozu Zařízení se závěrem: „schopen provozu bez omezení“ po datu předání Zařízení do „klinického“ provozu (čl. 3.4.1. Kupní smlouvy).

Bezchybný provoz bude pro účely čl. 3 Kupní smlouvy naplněn i v případě, že Zařízení bude vykazovat drobné výpadky uvedené v čl. 3.4.6. Kupní smlouvy v tam určené toleranci, tzn., že tyto drobné výpadky nebudou mít vliv na nepřetržitý běh 60 denní lhůty pro bezchybný provoz Zařízení dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy, která tak poběží bez přerušení či prodloužení), a naopak v případě, že bude Zařízení vykazovat jiné vady či poruchy, za které vybraný uchazeč odpovídá, se bude 60 denní lhůta pro bezchybný provoz Zařízení dle čl. 3.4.1. Kupní smlouvy automaticky prodloužovat o dobu od oznámení těchto jiných vad či poruch vybranému uchazeči do doby odstranění těchto jiných vad a poruch vybraným uchazečem.

V souvislosti s vyjasněním výše uvedeného zadavatel předkládá upřesněné znění čl. 3.4. až 3.9. Kupní smlouvy (zažlucený text = upravený či nový text):

„3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že **rozhodným datem pro fakturaci Prodávajícím je:**

3.4.1. Datum předání Zařízení do „klinického“ provozu a po tomto datu 60 po sobě jdoucích dnů bezchybného provozu (Předávací protokol o předání Zařízení do „klinického“ provozu) se závěrem: schopen provozu bez omezení.

3.4.2. „Datum 2“ po uplynutí 3 měsíců **od data potvrzení Kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. této Smlouvy.**

3.4.3. „Datum 3“ po uplynutí 6 měsíců **od data potvrzení Kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. této Smlouvy**

3.4.4. „Datum 4“ po uplynutí 9 měsíců **od data potvrzení Kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. této Smlouvy**

3.4.5. „Datum 5“ po uplynutí 12 měsíců **od data potvrzení Kupujícího o 60-denním bezchybném provozu po předání Zařízení do klinického provozu dle čl. 3.4.1. této Smlouvy**

3.4.6. Bezvadným či bezchybným provozem je **pro účely čl. 3.4.1 této Smlouvy** myšlen takový provoz Zařízení, který je v souladu s provozem tohoto zařízení při dodržování smluvních a záručních podmínek dle této smlouvy Prodávajícím a kdy případně vzniklá vada zařízení nezpůsobí částečnou či úplnou poruchu jeho funkčnosti ve smyslu neumožnění naplnění účelu koupě zařízení, tj. poskytování diagnostické zdravotní péče, přičemž na výpadky provozu zařízení, které budou prodávajícím opraveny v takové časové prodlevě, aby od nahlášení poruchy zařízení v souladu s touto smlouvou do jeho opravy nedošlo ke změně počtu plánovaného rozsahu vyšetření a počtu pacientů. Celkový rozsah všech drobných výpadků, které nebudou započítány do běhu bezvadného či bezchybného provozu činí v celkovém součtu **24 hodin**, přičemž maximální výpadek, který nebude započítán do vadného či chybného provozu zařízení má délku **24 hodin** a v takovémto rozsahu může nastat pouze **1x** po dobu běhu 60-denní lhůty **pro účely čl. 3.4.1. této Smlouvy. Zároveň platí, že v případě, že závada bude nahlášena v pracovní den do 17:00 hodin před dnem pracovního klidu, 24 hodinová lhůta bude prodloužena do prvního následujícího pracovního dne do 12:00 hodin (příklad: porucha je nahlášena v pátek v 16:58 hodin, potom se lhůta prodlužuje do pondělí 12:00 hodin, za předpokladu, že pondělí není státním svátkem atp.). V případě, že závada bude nahlášena**

v pracovní den po 17:00 hodině před dnem pracovního klidu, potom 24 hodinová lhůta začíná běžet až od 7:00 hodin prvního následujícího pracovního dne (příklad: porucha je nahlášena v pátek v 17:01 hodin, potom se lhůta vypočítává od pondělí 7:00 hodin, za předpokladu, že pondělí není státním svátkem atp.). Takovéto výpadky provozu zařízení pak nebudou započítány do vad či chyb zařízení ve smyslu běhu 60-denní lhůty pro účely čl. 3.4.1. této Smlouvy. O jiné vady či výpadky Zařízení, za které Prodávající odpovídá, a které neodporují smluvním podmínkám uvedeným v čl. 6.1.1. a 6.1.2. této Smlouvy, se automaticky prodlužuje 60 denní lhůta dle čl. 3.4.1. této Smlouvy, a to o dobu ode dne oznámení takovéto jiné vady či výpadku Zařízení Prodávajícímu do dne jejich odstranění Prodávajícím.

3.4.7. Kupující prohlašuje, že pro období „klinického provozu“, ve kterém Prodávající plní podmínky dle čl. 3.4.1. Smlouvy až po okamžik podpisu Předávacího protokolu o předání Zařízení do „klinického“ provozu se závěrem: schopen provozu bez omezení v souladu s čl. 3.4.1. Smlouvy, je v souladu s čl. 2.15. Smlouvy řádně pojištěn za škodu způsobenou Kupujícím třetí osobě, či Kupujícím, a že pojistná smlouva Kupujícího kryje škody způsobené Kupujícím, třetími osobami, živelní či jinou pohromou.

3.5. Platby dle tohoto článku se Kupující zavazuje poskytnout Prodávajícímu bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na fakturu zasláné Prodávajícím. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

3.6. Platba za dodávku Zařízení bude provedena v české měně v pěti splátkách s daty zdanitelného plnění dle čl. 3.4. této smlouvy vždy na základě Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení do poštovní evidence Kupujícího. Smluvní strany se dohodly, že uvedená 30-ti denní lhůta počíná běžet dnem doručení řádného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho nedílnou součástí bude kopie řádně vyplněného a podepsaného protokolu o předání Zařízení, ze kterého bude zřejmé, že Zařízení bylo řádně předáno Prodávajícím Kupujícímu.

3.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti od data řádného doručení opraveného daňového dokladu Kupujícímu.

3.8. Přílohou daňového dokladu (faktury) dle čl. 3.4.1. této Smlouvy budou následující dokumenty:

- potvrzený Předávací protokol o předání a instalaci Zařízení do „fyzikálního“ provozu
- potvrzený Předávací protokol o předání Zařízení do „klinického“ provozu
- potvrzení o 60-denním bezchybném provozu po předání zařízení do „klinického“ provozu
- Smluvní strany se dohodly, že maximální výše fakturované částky k datu **uskutečnění** zdanitelného plnění dle čl. 3.4.1. byla stanovena na 22.000.000,- Kč s DPH.

3.9. Přílohou daňových dokladů (faktur) dle čl. 3.4.2. a násl. dle této smlouvy bude potvrzení Kupujícího o Bezvadném provozu ve smyslu čl. 3.4.6. této smlouvy za každé příslušné období.

Smluvní strany se dohodly, že výše každé jednotlivé fakturované částky k datům zdanitelných plnění dle čl. 3.4.2. až 3.4.5. této Smlouvy včetně DPH je stanovena na ¼ výše rozdílu celkové kupní cena s DPH dle čl. 3.1. této Smlouvy a částky 22.000.000,- Kč s DPH.“

V souvislosti s výše uvedeným se dále upravuje znění textu čl. 2.15 Kupní smlouvy následovně **(zařazený text = upravený či nový text):**

„2.15. Vlastnické právo dle této Smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Předávacího protokolu o předání **Zařízení do „klinického“ provozu se závěrem: schopen provozu bez omezení v souladu s čl. 3.4.1. Smlouvy.** Nebezpečí vzniku škody na Zařízení dle této Smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Předávacího protokolu o předání a instalaci Zařízení do „fyzikálního“ provozu.“

„Dotaz č. 5

Žádáme zadavatele o objasnění pojmu „částečná nefunkčnost MR (provoz v omezeném rozsahu)“ v čl. 6.3. kupní smlouvy.“

Dodatečné informace č. 1/V

Částečná nefunkčnost MR je myšlena tak, že MR bude funkční, pouze nebude možno v důsledku závady provádět některá vyšetření v požadovaném spektru uváděném v zadávací dokumentaci. Provoz Zařízení tedy bude v omezeném rozsahu.

„Dotaz č. 6

V souvislosti s čl. 6.3 Kupní smlouvy žádáme zadavatele o objasnění jakým způsobem je vypočítána „neodstraněná porucha (závada) kumulativně od 20 a každého dalšího kalendářního dne (podmínka 3)“?

Příklad: Jakým způsobem vypočítá zadavatel pokutu, pokud by bylo zařízení mimo provoz 8x v průběhu kalendářního roku s tím, že každá závada by byla odstraněna do 72 hodin?

Příklad: Jakým způsobem vypočítá zadavatel pokutu, pokud by bylo zařízení mimo provoz 8x v průběhu kalendářního roku s tím, že z toho 4x by byla závada odstraněna do 72 hodin a 4x by závada byla odstraněna do 96 hodin?

Příklad: Jakým způsobem vypočítá zadavatel pokutu, pokud by bylo zařízení mimo provoz 8x v průběhu kalendářního roku s tím, že z toho 3x by byla závada odstraněna do 72 hodin a 5x by závada byla odstraněna do 96 hodin?

Vzhledem na výše uvedené dotazy a v souvislosti se zveřejněnou dodatečnou informací č. 2, kterou došlo k podstatné změně zadávacích podmínek (podmínek kupní i servisní smlouvy) žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek, alespoň o 4 pracovní dny.

O změnu termínu pro podání nabídek žádáme i z důvodu nutnosti interního zpracování nových podmínek.“

Dodatečné informace č. 1/VI

Zadavatel stanovil opatření „**20 kalendářních dnů**“ v obou návrzích smluv z důvodu snížení rizika při výskytu častých oprav Zařízení. V kupní smlouvě v čl. 6.3. následující (textaci pro čl. 5.2. servisní smlouvy zde necitují, textace je obdobná):

„6.3. V případě, že bude Prodávající v prodloužení s termínem odstranění reklamovaných vad dle bodu 6.1.2., je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši (Smluvní pokuta se sčítá v případě, kdy platí podmínka 1 a 3 nebo 2 a 3 zároveň):

Zařízení	Neodstraněná porucha (závada) 4 až 6 pracovní den od nastoupení na opravu (podmínka 1)	Neodstraněná porucha (závada) 7 a další pracovní den od nastoupení na opravu (podmínka 2)	Neodstraněná porucha (závada) kumulativně od 20 a každého dalšího kalendářního dne během jednoho provozního roku* (podmínka 3)
Nefunkčnost MR jako celku, nutná výluka celého provozu	50 tis. Kč/den	100 tis. Kč/den	50 tis. Kč/den
částečná nefunkčnost MR (provoz v omezeném rozsahu)	10 tis. Kč/den	20 tis. Kč/den	10 tis. Kč/den

*Je-li Zařízení mimo provoz během jednoho provozního roku od započetí svého „klinického“ provozu v celkovém součtu déle než 20 kalendářních dnů, má Kupující nárok na v příslušném sloupci uvedenou smluvní pokutu. Provozním rokem se rozumí 365 po sobě jdoucích dnů ode dne předání Zařízení do „klinického“ provozu.“

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že opravy, které v celkovém součtu přesáhnou 20 kalendářních dnů (20*24 hodin), budou pokutovány dle částky v příslušném řádku tabulky a to i v případě, že prodávající či zhotovitel (u servisní smlouvy) nebude v prodlení dle podmínky 1 nebo podmínky 2. Pokud však prodávající či zhotovitel (u servisní smlouvy) bude v prodlení dle podmínky 1 a 3 nebo 2 a 3 potom se smluvní pokuty sčítají.

Z dodavatelem uvedených příkladů není patrné, zdali se jedná o čas před lhůtou či v celé délce lhůty, nelze tedy v tomto případě odpovědět na neurčitý dotaz určitě. Z těchto důvodů se pokusíme uvést alespoň výpočet na následujícím příkladu:

„Příklad: Jakým způsobem vypočítá zadavatel pokutu, pokud by bylo zařízení mimo provoz 8x v průběhu kalendářního roku s tím, že každá závada by byla odstraněna do 72 hodin?“

Pokud měl dodavatel na mysli 8 x 72 hodin, tedy stav kdy zařízení je odstaveno do 72, avšak limitně k 72 hodinám, potom výpočet zní $8 \times 72 \text{ hodin} = 576 \text{ hodin}$. $576 \text{ hodin} / 24 \text{ hodin} = 24 \text{ dnů}$. $24 \text{ dnů} - 20 \text{ dnů} = 4 \text{ dny}$. Dodavateli bude vyčíslena pokuta ve výši 4 dnů dle podmínky 3.

„Příklad: Jakým způsobem vypočítá zadavatel pokutu, pokud by bylo zařízení mimo provoz 8x v průběhu kalendářního roku s tím, že z toho 3x by byla závada odstraněna do 72 hodin a 5x by závada byla odstraněna do 96 hodin?“

Pokud měl dodavatel na mysli stav kdy zařízení je odstaveno 3x do 72 a 5 x 96, avšak limitně k 72 resp. k 96 hodinám, potom výpočet zní $3 \times 72 \text{ hodin} + 5 \times 96 = 696 \text{ hodin}$. $696 \text{ hodin} / 24 \text{ hodin} = 29 \text{ dnů}$. $29 \text{ dnů} - 20 \text{ dnů} = 9 \text{ dny}$. Dodavateli bude vyčíslena pokuta ve výši 9 dnů dle podmínky 3, smluvní pokutu dle podmínky 1 z příkladu vypočítat nelze, neboť není patrné, o které dny se jedná, kdy nastoupil na opravu atp., dle současného znění by k pokutě dle podmínky 1 pravděpodobně nedošlo, neboť 96 hodin je 4 kalendářní den. Pokud by tedy oprava proběhla do 96 hodin, k pokutě by nedošlo, navíc se v podmínce 1 vypočítává smluvní pokuta pro 4 až 6 pracovní den v souladu s ustanoveními ve smlouvě.

Obdobně by se pak řešil i druhý dodavatelem uvedený příklad, jeho řešení je patrné z předchozích dvou.


Zadavatel znovu opakuje, že jeho prioritou je mít zcela funkční minimálně poruchové zařízení, které bude naplňovat účel jeho pořízení. Dodavatelé by tedy měli nabídnout natolik kvalitní výrobek a nastavit si taková servisní opatření, aby po celou dobu budoucí spolupráce nedocházelo k chybnému či vadnému provozu Zařízení a zadavatel nemusel nad rámec provozu lékařské péče řešit smluvní pokuty z důvodů nefunkčnosti Zařízení.

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel z výše uvedených důvodů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která končí dnem **9. 7. 2015 v 10:00 hodin**.

Děkujeme za pochopení.

V Kyjově dne 16. 6. 2015


.....
Mgr. Danuše Křiváková,
ředitelka Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace v dwg – projekt „přestavby dle dotazu č. 1“

Příloha č. 2 – Upravené znění závazného návrhu kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Upravené znění závazného návrhu servisní smlouvy