

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 9.12.2025

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Infuzní technika

Dotaz č.1 / 8.12.2025:

v části A zadavatel požaduje režim KVO 0,1–10 ml/h. Většina výrobců má tento parametr nastaven na 0,1–5 ml/h. Hodnota 0,1–5 ml/h je nejčastěji používána v klinické praxi a je dostatečná pro poskytování zdravotní péče. Bude proto přijata nabídka s hodnotou KVO 0,1–5 ml/h?

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel na základě dotazu zvážil stanovené technické parametry a upravil požadavek v příloze 2 Technická specifikace část A – C na listu část A požadovaný parametr takto:

Původní požadavek

KVO režim 0,1 – 10 ml/h

Nově požadavek upraven:

KVO režim v rozsahu max. (0,1 – 10 ml/h)

Sdělení zadavatele:

Zadavatel, vzhledem k dotazu k zadávací dokumentaci VZMR Infuzní technika provedl revizi přílohy 2 Technická specifikace část A - C.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o tuto zakázku, aby při zpracování nabídky použili **přílohu 2 Technická specifikace část A - C_rev, která je na profilu zadavatele uveřejněna současně s tímto dokumentem.**

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 23.12. 2025 do 13:00 hodin.