

NAŠE ZN.: VZ202563
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 17.12.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka č. VZ202563 Stolní uzavřený systém pro zpracování výtěrů z nosohltanu metodou PCR

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel uvádí v Technické specifikaci, Parametr požadovaný zadavatelem: „přístroj umožňující zpracování min.4 vzorků v jednom běhu - možnost analýzy jednotlivých vzorků nezávisle na sobě“ zároveň zadavatel uvádí v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 v odpovědi na dotaz 2, že „Délka vyšetření pro laboratoř není podstatná“.

Pokud tedy délka vyšetření není podstatná, bude zadavatel akceptovat řešení dodavatele pomocí dvou (2) modulů, které umožní za 1 hodinu vyšetření až 6 vzorků? Dodavatel se domnívá, že v případě jeho řešení pro celkový počet vyšetření (2 600) za 1 rok je počet modulů 2 s odpovídající kapacitou, konkrétně 6 testů za 1h, více než dostatečný.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel neakceptuje nabídku s dvěma moduly, z kapacitních důvodů požaduje pouze jeden modul.

Znění dotazu č. 2:

„Zadavatel uvádí v Technické specifikaci, Parametr požadovaný zadavatelem: „stolní přístroj s optimálními rozměry „450x300x350 mm“. Dále uvádí v sloupci C, že požadována minimální hodnota je: „450x300x350mm“.

Zadavatel konkrétně neuvádí, k jakému rozměru se váží jednotlivé hodnoty. Má zadavatel důvod přísně limitovat výšku přístroje? Jestliže ne, bude zadavatel akceptovat přístroj o půdorysu menším než 300 mm x 350 mm a zároveň s výškou 540 mm?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje výšku přístroje 540mm.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem**Informace č. 1**

Zadavatel na profil uveřejňuje:

UPRAVENOU Přílohu č. 1a – Technická specifikace

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**Změna č. 1**

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 12.01.2026

Za zadavatele: