

NAŠE ZN.: VZ202563
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 22.12.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Veřejná zakázka č. VZ202563 Stolní uzavřený systém pro zpracování výtěrů z nosohltanu metodou PCR

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel uvádí v dokumentu VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 v odpovědi na dotaz č. 1: „Zadavatel neakceptuje nabídku s dvěma moduly, z kapacitních důvodů požaduje pouze jeden modul.“ Dodavatel má za to, že jeho předchozí dotaz byl mylně interpretován.

Dodavatel se dotazuje, zda zadavatel bude akceptovat jeden přístroj, který umožňuje zpracování 2 vzorků v jednom běhu nezávisle na sobě pomocí dvou (2) modulů? Tato konfigurace přístroje umožní za 1 hodinu vyšetření až 6 vzorků.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat jeden přístroj, který umožňuje zpracování 2 vzorků v jednom běhu nezávisle na sobě pomocí 2 modulů.

Zadavatel z kapacitních důvodů požaduje přístroj umožňující zpracování minimálně 4 vzorků v jednom běhu nezávisle na sobě. Zadavatel cílí na maximální možný počet vzorků v jednom běhu nezávisle na sobě, přičemž délka jednotlivé analýzy a počet vyšetřených vzorků za hodinu nejsou požadovanými parametry.

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na jeho charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

Za zadavatele: