

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle ustanovení § 53 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Oprava čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků – interiérové vybavení“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 3

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 6: Dobrý den, cena 48ks Vámi specifikované odsávací jednotky, při dodržení všech Vámi požadovaných parametrů, přesahuje celkovou "předpokládanou cenu zakázky".

Je možné odsávací jednotky nabídnout samostatně?

Položkový soupis prací a dodávek					
S:	P-25a-2021	Opravy čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků - nábytek			
O:	SO 02	Patro			
R:	08	Nábytek			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
56	799-003	Odsávání k nábytku T01, T14 a T33	ks	24,00000	
		Odsávací jednotka - součást žákovských a učitelských stolů :			
		T01 :			
		m.č. 408 : 11		11,00000	
		m.č. 410 : 11		11,00000	
		T14 :			
		m.č. 410 : 1		1,00000	
		T33 :			
		m.č. 408 : 1		1,00000	

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	P-25a-2021	Opravy čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků - nábytek				
O:	SO 01	Mezipatro				
R:	08	Nábytek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cel.
35	799-003	Odsávání k nábytku T01, T02 a T09	ks	24,00000		
		Odsávací jednotka - součást žákovských a učitelských stolů :				
		T01 :				
		m.č. 434 : 11		11,00000		
		m.č. 436 : 11		11,00000		
		T02 :				
		m.č. 436 : 1		1,00000		
		T09 :				
		m.č. 434 : 1		1,00000		

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dodat odsávací jednotky v rámci vymezeného plnění.

Dotaz č. 7:

Dobrý den,
 prosím o vysvětlení zadávací dokumentace dle dotazu níže.

V souboru ZD se v dokumentu „04 TAB SZS Merhautova - Oprava laboratorní nabytek cistopis 18_11_2025“ u položek 36, 37, 56, 58 vyskytuje odkaz na TZ. Tento dokument není součástí ZD. Prosím o doplnění podrobnějšího popisu položek

SO 01 08 Pol

36 799-004 Žák. a učitel. židle, pojízdné, nosná kce kov. kříž, sedák+opěr. buk. překliž. 7 mm, podrobněji viz TZ ks 24,00000

37 799-005 Školní židle "bobík", pojízdné, nosná kce kov. kříž, sedák čaloun. potaž. koženkou, podrobněji viz TZ ks 12,00000

SO 02 08 Po

57 799-004 Žák. a učitel. židle, pojízdné, nosná kce kov. kříž, sedák+opěr. buk. překliž. 7 mm, podrobněji viz TZ ks 24,00000

58 799-005 Školní židle "bobík", pojízdné, nosná kce kov. kříž, sedák čaloun. potaž. koženkou, podrobněji viz TZ ks 11,00000

Odpověď zadavatele:

Žákovská a učitelská židle pojízdná (na kolečkách)

- podnož a ramena kovová s možností výběru barvy,
- kovový nosný kříž,
- sedák a opěrka z bukové překližky min. tl. 7 mm lakované zdravotně nezávadným lakem,
- plynový píst s výškovou nastavitelností min. v rozmezí 42–55 cm,
- nosnost min. 120 kg,
- zajištění náhradních dílů min. po dobu 5 let,

Žákovská židle „bobík“ pojízdná (na kolečkách)

- konstrukce kovová s možností výběru barvy,
- kovový nosný kříž,
- sedák kulatý z bukové překližky, polstrovaný, potažený odolným umývatelným materiálem,
- plynový píst s výškovou nastavitelností min. v rozmezí 41–54 cm,
- nosnost min. 120 kg,
- zajištění náhradních dílů min. po dobu 5 let,

Informace č. 2: V souvislosti s výše provedenou změnou zadávací dokumentace zadavatel ruší znění odstavce 7.1. dokumentu s názvem: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ PODMÍNKY) a nahrazuje jej novým zněním takto:

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Všechny nabídky budou zadavateli doručeny, a to nejpozději do



28.1.2026 do 23⁵⁹ hodin.

Zadavatel sděluje, že v souladu s ustanovením § 242 odstavec (5) Zákona stanovil, že námitky proti zadávací dokumentaci lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek. V souvislosti s tím byla lhůta pro podání nabídek přiměřeně prodloužena, a to tak, aby pokrývala dobu, o kterou zadavatel zkrátil právo dodavatele na podání námitek proti zadávací dokumentaci.

Ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

*Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele*