

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel Jihomoravská zdravotní, a.s., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27714608, v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 56 a souvisejících zákona s názvem „**Lehátka pro Sanatorium Pálava – Část 1 – Rehabilitační lehátka**“ obdržel dne 21. 1. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele a dále své odpovědi na dotazy obsažené v žádosti.

Žádost ze dne 21. 1. 2026 (dotazy dodavatele jsou zvýrazněny kurzívou, odpovědi zadavatele jsou uvedeny za tučně zvýrazněným textem):

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

níže Vám zasílám dotazy k technické specifikaci pro část 1 - Rehabilitační lehátka.

1. "Masážní lehátko - 2ks"

- trvá zadavatel na nastavitelné výšce 400 až 900 mm nebo bude akceptovat rozmezí 420 až 950 mm?

- mohli byste mi prosím upřesnit "ložná plocha 3 díly"? Jak má být ložná plocha rozdělena?"

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po přehodnocení svých provozních potřeb bude akceptovat lůžko umožňující nejnižší polohu zdvihu ve výšce 420 mm. Zadavatel bude akceptovat i plnění, pokud bude nastavitelná výška lůžka i nižší než 420 mm a vyšší než 900 mm, zadavatelem určený rozsah je stanoven jako minimální.

U masážního lehátka znamená „ložná plocha rozdělena na 3 díly“ to, že plocha, na které klient leží, je tvořena třemi samostatnými, nastavitelnými částmi. Jde o část hlavovou (tu zadavatel ještě požaduje rozdělit na 3 díly viz technická specifikace), střední díl a dolní díl (část pro nohy).

Dotaz č. 2:

„2. "Terapeutické lehátko - 11 ks"

- trvá zadavatel na nastavitelné výšce 400 až 900 mm nebo bude akceptovat rozmezí 420 až 950 mm?

Děkuji, s pozdravem“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po přehodnocení svých provozních potřeb bude akceptovat lůžko umožňující nejnižší polohu zdvihu ve výšce 420 mm. Zadavatel bude akceptovat i plnění, pokud bude nastavitelná výška lůžka i nižší než 420 mm a vyšší než 900 mm, zadavatelem určený rozsah je stanoven jako minimální.

Zadavatel na základě provedených změn zadávacích podmínek tímto vysvětlením zadávací dokumentace (jednotlivé konkrétní změny jsou uvedeny výše v textu) nahrazuje stávající:

- Příloha č. 1a – Technickou specifikaci pro Část 1 (dokument s označením „P1_TS_část 1_Lehátka pro SNP_2025-12-16.xlsx“) novým, resp. konsolidovaným zněním označeným názvem „P1_TS_část 1_Lehátka pro SNP_2026-01-23.xlsx“

Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek, a to do **29. 1. 2026 ve 12:00**.

V Brně dne 23. 1. 2026