

Naše značka: VZ202604
Vyřizuje: Ing. Eva Šafářová
E-mail: safarova.eva@nemkyj.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem „Hybridní zobrazovací systém SPECT/CT“

evidenční číslo ve VVZ: Z2026-000670

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 06. 02. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, které tímto dle § 98 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje.

Žádost o vysvětlení ZD č. 4

Dotaz č. 1:

V "Příloze č. 1_Technická specifikace (ve znění provedených změn)" je stanoven požadavek na axiální pokrytí v ose Z při jedné 360° rotaci v izocentru min. 22,4 mm.

Dotaz:

Chápeme správně, že minimální požadavek zadavatele je stanoven hodnotou 22,4mm (jde tedy o tzv. „nepodkročitelný“ požadavek), ale bodovou bonifikaci získá až přístroj, který dosahuje hodnoty vyšší než 22,4mm?

Odpověď zadavatele:

Ano, minimální požadavek zadavatele je stanoven hodnotou 22,4 mm (jde tedy o tzv. "nepodkročitelný" požadavek), ale bodovou bonifikaci získá až přístroj, který dosahuje hodnoty vyšší než 22,4 mm.

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA
statutární zástupce