

Zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242
(dále jen „**zadavatel**“)

Název výběrového řízení na uzavření rámcové dohody:
„Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2026-2027“

zadávaného v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mimo režim tohoto zákona

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost č. 1 ze dne 12. 2. 2026

„Dotaz č. 1

Část 1, položka 6

Připustí zadavatel jehlu o rozměrech 0,70 x 40?

Dotaz č. 2

Část 2, položka 5

Připustí zadavatel třídlílné injekční stříkačky s koncovkou Luer? Injekční stříkačky s takovým objemem nejsou na trhu k dispozici v dvoudílné verzi.

Dotaz č. 3

Část 2, položka 5

Přijme zadavatel injekční stříkačky s jedním pevným zajištěním pístu?

Dotaz č. 4

Část 2, položka 6

Přijme zadavatel třídlílné injekční stříkačky pro podávání potravy? Injekční stříkačky s takovým objemem nejsou na trhu k dispozici ve dvoudílné verzi.

Dotaz č. 5

Část 2, položka 6

Připustí zadavatel stříkačky pro podávání potravy se speciální koncovkou určenou pro podávání potravy a upustí od požadavku: koncovka Luer bez závitů podle normy ČSN EN ISO 80369-7?

Dotaz č. 6

Část 2, položka 7

Připustí zadavatel třídičné injekční stříkačky s jedním pevným zajištěním pístu?"

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu uvádí, že připouští jehlu o rozměrech 0,70 x 40 mm. Současně zadavatel z důvodu odstranění nejasností a zjednodušení technické specifikace slučuje původně samostatně uvedené položky – černou jehlu o rozměrech 0,70 x 38 mm (řádek č. 18) a černou jehlu o rozměrech 0,70 x 40 mm (řádek č. 19) – do jedné položky. Nově zadavatel poptává černou jehlu o rozměrech 0,70 x 38 (40) mm a v souvislosti s výše uvedeným upravuje znění Přílohy č. 3c a Přílohy č. 5a zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel uvádí, že u položky „injekční stříkačka 50 ml“, uvedené v Příloze 3d, připouští zadavatel třídičnou konstrukci a upravuje tak znění požadavku na řádce 18 v Příloze 3b, znění písm. f) odst. 2.7.4. Výzvy k podání nabídek a znění odst. 8 Přílohy č. 5b zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel připouští jediné zajištění pístu u položky „injekční stříkačka 50 ml“ a upravuje tak znění požadavku na řádce 24 v Příloze 3b a rovněž upravuje znění písm. l) odst. 2.7.4. Výzvy k podání nabídek a znění odst. 8 Přílohy č. 5b zadávací dokumentace.

Ad 4)

Zadavatel uvádí, že u položky „injekční stříkačka 60 ml pro podávání výživy do výživových sond“ uvedené v Příloze 3d připouští zadavatel třídičnou konstrukci a upravuje tak znění požadavku na řádce 18 v Příloze 3b, znění písm. f) odst. 2.7.4. Výzvy k podání nabídek a znění odst. 8 Přílohy č. 5b zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel trvá na uvedeném požadavku na koncovku Luer bez závitů podle normy ČSN EN ISO 80369-7, neboť uvedený požadavek odpovídá účelu použití zdravotnického prostředku a zajišťuje kompatibilitu s ostatními zdravotnickými prostředky používanými zadavatelem. Požadovaný typ koncovky je součástí standardizovaného konektorového systému a přispívá k prevenci záměny mezi různými aplikačními systémy, čímž zvyšuje bezpečnost pacientů. Současně zajišťuje, že nedojde k propojení enterálních systémů s intravenózními.

Ad 6)

Zadavatel uvádí, že u položky „injekční stříkačka výplachová (lavážní) 100 ml“ uvedené v Příloze 3d připouští zadavatel třídičnou konstrukci a upravuje tak znění požadavku na řádce 18 v Příloze 3b, znění písm. f) odst. 2.7.4. Výzvy k podání nabídek a znění odst. 8 Přílohy č. 5b zadávací dokumentace.

Zadavatel rovněž připouští jediné zajištění pístu a upravuje tak znění požadavku na řádce 24 v Příloze 3b a rovněž upravuje znění písm. l) odst. 2.7.4. Výzvy k podání nabídek a znění odst. 8 Přílohy č. 5b zadávací dokumentace.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel upravuje stávající zadávací dokumentaci a to: Výzvu k podání nabídek, Přílohu č. 3 – Specifikace předmětu plnění a Kalkulace nabídkové ceny Přílohu č. 5a – Předložení vzorků pro Část 1 a Přílohu č. 5b – Předložení vzorků pro Část 2. Upravené část zadávací dokumentace jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali části zadávací dokumentace upravené v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše a s ohledem na rozšíření okruhu možných účastníků řízení k zadání veřejné zakázky zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 8 Výzvy k podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: **do 11. 3. 2026 do 10:00 hodin.**

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Výzva k podání nabídek ze dne 20. 2. 2026

Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění a Kalkulace nabídkové ceny ze dne 20. 2. 2026

Příloha č. 5a – Předložení vzorků pro Část 1 ze dne 20. 2. 2026

Příloha č. 5b – Předložení vzorků pro Část 2 ze dne 20. 2. 2026

V Brně dne 20. 2. 2026

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka