

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. – zařízení a pomůcky k manipulaci s nepohyblivými pacienty II

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **13.02.2026**

spisová značka zadavatele: **NTKPZSII0126**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

IČO: 44947909

se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Vážený zadavateli,

prosíme o zodpovězení dotazů týkající se požadované technické specifikace níže:

Zadavatel ve složce 02.4 Příloha č.4 – Specifikace předmětu plnění v části 01 Popis požaduje:

• *Požadován je takový systém, který bude autonomní ve smyslu zdroje elektropohonu (vestavěná baterie), dokovací stanice pro nabíjení **a možnost přesouvání zvedací kazety po vynětí mezi jednotlivými pokoji.***

Žádáme Zadavatele o vysvětlení v jaké poloze a kde se má nacházet zvedací kazeta/pohonná jednotka před jejím vynětím z kolejnicového systému – u stropu nebo v bezpečné výšce pro její vynětí např. u země nebo ležet spuštěná na zem.

Nabízíme systém, který je autonomní ve smyslu zdroje elektropohonu (vestavěná baterie), dokovací stanice pro nabíjení (nabíječka) a s možností přesunu zvedací kazety mezi jednotlivými pokoji. U našeho systému je zvedací kazeta/pohonná jednotka spuštěna na zvedacím pásu od stropu /vodící kolejnice na zem nebo až k zemi (dle výšky stropu), následně je zcela bezpečně pomocí odebírací tyče vyjmuta zcela volná část zvedacího pásu z kolejnicového systému. Naše řešení zajišťuje maximální bezpečnost personálu při manipulaci se zvedací kazetou která umožňuje její bezpečné spuštění z výšky od stropu a po té vyjmutí v bezpečné „nulové“ výšce (kazeta je odebírána na zemi) nebo v min. výšce u země (dle výšky stropu), navíc naše řešení eliminuje riziko pádu zdravotnického personálu, který např. musí zvedací kazetu odebírat z kolejnicového systému u stropu s pomocí dalšího nástroje např. žebříku.

Bude Zadavatel akceptovat naše řešení a systém kdy Zvedací kazeta je bezpečně spuštěna dolů na zvedacím pásu a po odebrání konce zvedacího pásu z kolejnice je zvedací kazeta přemístěna do jiného pokoje?

Odpověď

Ano, zadavatel nestanovil požadavky na to, jaký mechanismus má být na přesouvání kazety použit, pouze požaduje, aby měl možnost zvedací kazetu přesouvat po vynětí mezi jednotlivými pokoji.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 25.02.2026

**Nemocnice Tišnov, příspěvková
organizace**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel