

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. – zařízení a pomůcky k manipulaci s nepohyblivými pacienty II

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **13.02.2026**

spisová značka zadavatele: **NTKPZSII0126**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

IČO: 44947909

se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Vážený zadavateli,

prosíme o zodpovězení dotazů týkající se požadované technické specifikace níže:

Zadavatel ve složce 02.4 Příloha č.4 – Specifikace předmětu plnění v části 02 Technická specifikace požaduje:

Závěs jednotky odnímatelný bez nástroje s možností výměny za různé velikosti a typy závěsů.

Nabízíme systém zvedací kazety/pohonné jednotky která je odnímatelná po bezpečném spuštění dolů a po vyjmutí zvedacího pásu z kolejnicového systému je transportovatelná. Zvedací kazeta je vybavena integrovaným ramenem čímž je bezpečně zabráněno jakékoliv manipulaci s ramenem jako

je např. nechtěné vyjmutí, uvolnění ramene se závěsu apod. Použité integrované rameno umožňuje použití všech vaků – různých typů a velikostí, které požaduje Zadavatel ve své Technické specifikaci čímž je plně splněn účel použití.

Bude Zadavatel akceptovat náš systém zvedací kazety s integrovaným ramenem?

Odpověď

Ano, zadavatel požadavek „závěs jednotky odnímatelný bez nástroje s možností výměny za různé velikosti a typy závěsů“ ruší. Upravená technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svoji původní délku:

Lhůta pro podání nabídek: do 19.03.2026, do 23:59 hod.

DOKUMENTY

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele dle výše uvedeného tyto dokumenty:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace ve znění Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. II

Zadavatel uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou pro dodavatele závazné a požaduje, aby dodavatelé v rámci zpracování nabídek nadále vycházeli z výše uvedených dokumentů uveřejněných na profilu zadavatele spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

V Brně dne 26.02.2026

**Nemocnice Tišnov, příspěvková
organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel