

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

### Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. – zařízení a pomůcky k manipulaci s nepohyblivými pacienty II**

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **13.02.2026**

spisová značka zadavatele: **NTKPZSII0126**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace**

IČO: 44947909

se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 01

(dále jen „**zadavatel**“)

#### **ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:**

**1)**

#### **Dotaz**

*Zadavatel ve složce 02.4 Příloha č.4 – Specifikace předmětu plnění v části 02 Technická specifikace požaduje:*

- *Nabíjecí a dokovací stanice, stupeň ochrany IPX4*

*Naše nabíjecí a dokovací stanice má stupeň ochrany IP40 - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Tento stupeň ochrany je zcela bezpečný, standardní a dostačující pro nabíjecí a dokovací stanici, která je umístěna v suchém prostředí – např. nemocničním pokoji. Bude Zadavatel akceptovat nabíjecí a dokovací stanice se stupněm ochrany IP40?*

## Odpověď

*Ano, zadavatel odstraňuje požadavek na stupeň ochrany. Upravená technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.*

**V souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:**

**1)**

### Změna

*Zadavatel mění požadavek „Zvedací kazeta, stupeň ochrany IPX4“ na „Zvedací kazeta“. Zadavatel mění požadavek „Ovladač zvedací kazety, stupeň ochrany IPX4“ na „Ovladač zvedací kazety“. Upravená technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.*

### ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svoji původní délku:

**Lhůta pro podání nabídek: do 07.04.2026, do 23:59 hod.**

### **DOKUMENTY**

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele dle výše uvedeného tyto dokumenty:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace ve znění Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. IV

**Zadavatel uvádí, že výše uvedené dokumenty jsou pro dodavatele závazné a požaduje, aby dodavatelé v rámci zpracování nabídek nadále vycházeli z výše uvedených dokumentů uveřejněných na profilu zadavatele spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.**

V Brně dne 13.03.2026

**Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát  
společník a jednatel