

## Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č.1233

Statutární orgán: Ing. Petr Bařka, ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

### Luboš Chromčák

se sídlem 756 45 Branky 302

IČ: 61597546

DIČ: CZ6607131575

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

*Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se dohodly na uzavření kupní smlouvy v tomto znění (dále jen „smlouva“):*

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále sjednání závazku kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka Dorozumívacího zařízení sestra – pacient LO B dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Zboží“) a jeho uvedení do plného provozu.
3. Součástí předmětu smlouvy je i provedení instalace Zboží, uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky a odzkoušení bezproblémového provozu za přítomnosti zástupců kupujícího, provedení instruktáže obsluhujícího personálu výrobcem v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). Předmět smlouvy rovněž zahrnuje:
  - dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu;

- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě;
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy se schválenými standardy s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE;
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III), (IVD);
- zajištění periodických prohlídek (BTK), technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží;
- odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o odpadech“);
- demontáž a odvoz stávajícího zařízení, případně dalšího příslušenství nutného k úspěšné instalaci nového zařízení, jeho ekologickou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech a vystavení dokladu o ekologické likvidaci.

## Článek II.

### Termín dodání a místo předání

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, kupujícímu nejpozději **do 90 dnů** ode dne účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místem dodání Zboží je **Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav – nemocnice.**
3. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží nejpozději dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání, a to pověřenému pracovníkovi [redacted] – vedoucímu OZT tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
4. Zástupci prodávajícího a kupujícího sepiší a podepiší při dodání Zboží předávací protokol. Prodávající i kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.
5. Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu nabývá kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
6. Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména dle zákona o zdravotnických prostředcích a vystavení protokolu o validaci parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude prodávající v záruční době provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

### **Článek III.**

#### **Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy a činí:  
Celková cena bez DPH **4 120 852,43 Kč**  
DPH 21 % k ceně **865 379, 01 Kč**  
Celková cena vč. DPH **4 986 231,44 Kč**
2. Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě úplné ceny Zboží, také veškeré náklady na splnění předmětu této smlouvy dle článku I. odstavce 3 této smlouvy.
3. Instruktaž obsluhujícího personálu kupujícího dle zákona o zdravotnických prostředcích, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Zboží.
4. Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se ke změně DPH.
5. Zaplacení kupní ceny bude provedeno v české měně, a to na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury) na bankovní účet prodávajícího v něm uvedený. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dnů ode dne vystavení faktury.
6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je kupující oprávněn zaslat ji prodávajícímu zpět k přepracování či doplnění, s tím, že prodávající je povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.
8. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího.

### **Článek IV.**

#### **Kvalita a odpovědnost za vady**

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu Zboží zcela nové, tedy Zboží nepoužité, nerepasované, Zboží, které nebylo využité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.
2. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným ve výzvě k podání nabídek uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.
3. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

4. Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu **24 měsíců** ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami kupujícího. Prodávající tedy poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.
5. Po dobu záruční doby se prodávající zavazuje k provádění bezpečnostně technických kontrol a validace, k zajištění údržby (včetně náhradních dílů) a plné servisní podpory, včetně BTK a dalších zákonných požadavků pro Zboží dle doporučení výrobce.
6. Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 24 hodin od okamžiku jejich oznámení kupujícím nebo jím pověřenou osobou. V případě poruchy na Zboží se prodávající zavazuje zajistit pro kupujícího náhradní Zboží v odpovídající kvalitě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však vždy do 24 hodin od okamžiku oznámení poruchy, či vady Zboží. Prodávající se zavazuje k odstranění nahlášené závady, která nevyžaduje náhradní díly do 48 hodin, v případě nutnosti náhradního dílu do max. 9 dní od nahlášení závady. Pokud nebude závada odstraněna v dodatečně přiměřené lhůtě, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

#### **Článek V. Další ujednání**

1. Prodávající s ohledem na povinnosti kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi prodávajícím a kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že jeho servisní služby budou dostupné alespoň v pracovní dny od 7 do 17 hodin.
3. Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení.
4. Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
5. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
6. Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
7. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě, kdy nebudou závazky z této smlouvy plněny prodávajícím a tento bude s jejich plněním v prodlení po dobu více jak jednoho měsíce.

8. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit svoji pohledávku případně vzniklou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv provede kupující.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány výhradně soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem bude Okresní soud v Břeclavi.
4. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- Příloha č.1 technická specifikace zboží

Kupující:

Prodávající:

V Břeclavi dne .....

V Brankách dne 18. 3. 2026

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Datum: 2026.03.19  
08:37:23 +01'00'

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Datum: 2026.03.18  
13:45:00 +01'00'

Nemocnice Břeclav, p. o.  
Ing. Petr Bařka  
ředitel



Příloha č. 1 Technická specifikace

| Požadavek / parametr                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO / NE | Hodnota / Popis                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>Účel použití a obecné požadavky</b>                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                |
| Nově instalovaný systém sestry - pacient bude napojen na stávající systémový server VoIP výrobce ZPT Vigantice a bude kompatibilní se stávajícími systémy sestry pacient MDCV 04 IP. Případně bude obsahovat integrační prvky aby dokázal fungovat jako jeden funkční celek | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str.7, příloha č.3 |
| <b>1.Dorozumívací zařízení sestry - pacient</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                |
| Variabilní systém volně rozšiřitelný a případně redukovatelný                                                                                                                                                                                                               | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str.7, příloha č.3 |
| <b>1.1 Provedení a vybavení</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                |
| Komunikace po LAN na bázi IP komunikace, kdy je možno využít jedno systémové úložiště pro více stanic (oddělení)                                                                                                                                                            | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str.7, příloha č.3 |
| VoIP komunikace                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str.4              |
| Signalizace volání akustická a světelná                                                                                                                                                                                                                                     | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 6             |
| Indikace poruchy či odpojení koncového prvku                                                                                                                                                                                                                                | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 9             |
| Zobrazení údajů na terminálu s barevným grafickým displejem s dotykovým panelem                                                                                                                                                                                             | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |
| Hovorové spojení mezi libovolnými komunikačními jednotkami                                                                                                                                                                                                                  | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |
| Možnost rozdělení jednoho oddělení na více samostatných pododdělení (Vyčlenění covid oddělení) či naopak spojení více oddělení na libovolné místo (sesternu) sdruženým provozem např. v nočních hodinách                                                                    | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |
| Autodiagnostické funkce a jednoduchý upgrade sw (upgrade sw související s bezpečností, například kyberbezpečností, budou prováděny po celou dobu životnosti zařízení zdarma)                                                                                                | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 5             |
| Alarmová hlášení se zobrazením na terminálu na sesterně                                                                                                                                                                                                                     | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 8             |
| Přímá volba pacienta dle jména nebo čísla pokoje a čísla lůžka                                                                                                                                                                                                              | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 9             |
| Signalizační světlo nad každým pokojem/WC/sprcha                                                                                                                                                                                                                            | ANO      | Tech. manuál MDC V04 IP str.6, 18              |
| Systém bude do budoucna rozšiřitelný o další oddělení (terminály, komunikační jednotky, signalizační jednotky, vchodové jednotky, kamery IP, lůžkové jednotky, volací šňůry nouzového volání, nouzová táhla ve sprše, nouzová tlačítka na WC)                               | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str.7, příloha č.3 |
| Dálková správa prostřednictvím internetu                                                                                                                                                                                                                                    | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |
| Diagnostika systému prostřednictvím internetu                                                                                                                                                                                                                               | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |
| Možnost rozšíření o prvky obousměrné komunikace                                                                                                                                                                                                                             | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str.7, příloha č.3 |
| Volání signalizováno akusticky na ústředně, opticky nad pokojem                                                                                                                                                                                                             | ANO      | Tech. manuál MDC V04 IP str. 8, 18             |
| Umožňuje přenos volání na libovolné místo přítomnosti sestry (denní místnost, pokoj)                                                                                                                                                                                        | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 10            |
| Centrální hlášení                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |
| Rozlišení signálu pacienta z pokoje a nouzového volání z WC/sprcha                                                                                                                                                                                                          | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 6             |
| Vypnutí nouzového volání pouze v místě vzniku nouzového volání nikoli na ústředně                                                                                                                                                                                           | ANO      | Technický manuál MDC V04 IP str. 7             |

| Požadavek / parametr                                                                                                                                                       | ANO / NE  | Hodnota / Popis                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Identifikace volajícího – číslo pokoje, číslo lůžka s možností zadání jména volajícího do systému                                                                          | ANO       | Tech. manuál MDC V04 IP str. 7,8,9                 |
| Vchodová komunikační jednotka s kamerou a možností otevření dveří z místa obsluhy                                                                                          | ANO       | Tech. manuál MDC V04 IP str.12,13                  |
| Umožňuje decentralizaci systému na samostatné podsystémy s plnohodnotným provozem                                                                                          | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.9                  |
| Záložní zdroj UPS pro předcházení závad plynoucích z výpadku nebo kolísání síťového napětí. Zajištění provozu při výpadku po dobu min. 30 minut celého systému             | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.8,21, Příloha č.5, |
| Terminál signalizuje nouzové volání z WC/sprcha odlišně od volání pacienta                                                                                                 | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str. 6                 |
| Terminál signalizuje volání pacienta jak akusticky, tak opticky, typicky číslo pokoje, číslo lůžka a zadané jméno pacienta                                                 | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.7,8                |
| Vchodová jednotka, libovolná komunikace z terminálu s možností otevření zámku dveří ze sesterny                                                                            | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.9                  |
| Volání pacienta lze obsloužit jak na terminálu, tak na pokoji                                                                                                              | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.8,10               |
| Na každý pokoj je možno přesměrovat volání pacientů v době přítomnosti personálu na daném pokoji, kde musí provést neodkladné úkony péče a nemůže být přítomen na sesterně | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.7,10               |
| Volání pacientů lze přesměrovat na denní místnost sester, kuchyňku apod. – místo přítomnosti personálu                                                                     | ANO       | Tech. manuál MDC V04 IP str.7,10,19                |
| Každý pacient má samostatnou jednoznačně identifikovatelnou adresu – pozici v systému, kde je identifikován pokoj a pozice lůžka na pokoji                                 | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str.7,8                |
| Jednotný systém značení čísla lůžek v celém systému nemocnice (nedojde k záměně lůžka u dveří - okna)                                                                      | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str. 7                 |
| Nouzové volání z konkrétního WC/sprchy má jednoznačnou identifikaci daného místa                                                                                           | ANO       | Technický manuál MDC V04 IP str. 7                 |
| <b>1.2. Počty jednotlivých prvků podle oddělení</b>                                                                                                                        |           |                                                    |
| <b>Oddělení gynekologie</b>                                                                                                                                                | <b>ks</b> | <b>Poznámka</b>                                    |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                                                                                                                                     | 10        | ANO                                                |
| volací šňůra                                                                                                                                                               | 20        | ANO                                                |
| lůžková jednotka                                                                                                                                                           | 2         | ANO                                                |
| komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo                                                                                                         | 1         | ANO                                                |
| komunikační jednotka klizmata, světlo                                                                                                                                      | 1         | ANO                                                |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                                                                                                                         | 2         | ANO                                                |
| komunikační jednotka šatna , světlo                                                                                                                                        | 1         | ANO                                                |
| táhlo nouzového volání                                                                                                                                                     | 1         | ANO                                                |
| signalizační jednotka čajové kuchyně, světlo                                                                                                                               | 1         | ANO                                                |
| táhlo nouzového volání sprcha                                                                                                                                              | 5         | ANO                                                |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání wc                                                                                                                                      | 8         | ANO                                                |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                                                                                                                                         | 4         | ANO                                                |
| komunikační jednotka návštěvní místnost , světlo                                                                                                                           | 1         | ANO                                                |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                                                                                                                         | 1         | ANO                                                |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                                                                                                                                      | 1         | ANO                                                |
| otevírání el. zámku dveří                                                                                                                                                  | 1         | ANO                                                |
| vchodová kamera                                                                                                                                                            | 1         | ANO                                                |
| terminál personálu sesterna                                                                                                                                                | 1         | ANO                                                |

| Požadavek / parametr                                               |           | ANO / NE | Poznámka |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Oddělení porodní sál</b>                                        | <b>ks</b> |          |          |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                             | 3         | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 3         | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                                   | 1         | ANO      |          |
| komunikační jednotka sál A, světlo                                 | 1         | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 1         | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                             | 1         | ANO      |          |
| komunikační jednotka novorozenci , světlo                          | 1         | ANO      |          |
| komunikační jednotka sál B, světlo                                 | 1         | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 1         | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                      | 4         | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání wc                              | 5         | ANO      |          |
| terminál personálu sesterna                                        | 1         | ANO      |          |
| komunikační jednotka observace , světlo                            | 1         | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 3         | ANO      |          |
| komunikační jednotka nadstandard, světlo                           | 2         | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                             | 1         | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání                                          | 1         | ANO      |          |
| komunikační jednotka lázeň, světlo                                 | 1         | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                             | 1         | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                              | 1         | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                          | 1         | ANO      |          |
| kamera                                                             | 1         | ANO      |          |
| <b>Oddělení šestinedělí</b>                                        |           |          |          |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                             | 12        | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 18        | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                                   | 2         | ANO      |          |
| komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo | 1         | ANO      |          |
| signalizační jednotka wc invalida, světlo                          | 1         | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                 | 1         | ANO      |          |
| komunikační jednotka odsávání, světlo                              | 1         | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                             | 1         | ANO      |          |

| Požadavek / parametr                                               |    | ANO / NE | Poznámka |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| komunikační jednotka návštěvní místnost , světlo                   | 1  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                             | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                       | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání wc                              | 8  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                      | 4  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                                 | 5  | ANO      |          |
| terminál personálu sesterna                                        | 1  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                              | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                          | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                             | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení traumatologie + JIP</b>                                |    |          |          |
| terminál personálu sesterna                                        | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka pokoj , světlo                                | 8  | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 25 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                                   | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka dení místnost sester, světlo                  | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                       | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka s displejem sesterna JIP, světlo              | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka WC invalida, světlo                           | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                 | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                              | 4  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                                 | 6  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                      | 4  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                              | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                          | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                             | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení chirurgie B</b>                                        |    |          |          |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                             | 12 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 24 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                                   | 2  | ANO      |          |
| komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                       | 1  | ANO      |          |

| Požadavek / parametr                                               |    | ANO / NE | Poznámka |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| komunikační jednotka WC invalida, světlo                           | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                 | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka jídelna , světlo                              | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                 | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka klizmata , světlo                             | 1  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                             | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                 | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                              | 8  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                      | 6  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                                 | 9  | ANO      |          |
| terminál personálu sesterna                                        | 1  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                              | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                          | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                             | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení infekční</b>                                           |    |          |          |
| terminál personálu sesterna                                        | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka pokoj , světlo                                | 13 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 29 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                                   | 2  | ANO      |          |
| komunikační jednotka dení místnost sester, světlo                  | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                       | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka vyšetřovna, světlo                            | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                                 | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                              | 12 | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                      | 12 | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                                 | 1  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                              | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                          | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                             | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení neurologie</b>                                         |    |          |          |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                             | 12 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                       | 28 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                                   | 2  | ANO      |          |
| komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                       | 1  | ANO      |          |

| Požadavek / parametr                                          |    | ANO / NE | Poznámka |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| komunikační jednotka jídelna , světlo                         | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                            | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                         | 7  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                 | 6  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                            | 7  | ANO      |          |
| terminál personálu sesterna                                   | 1  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                         | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                     | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                        | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení plicní</b>                                        |    |          |          |
| terminál personálu sesterna                                   | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka pokoj , světlo                           | 12 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                  | 25 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                              | 5  | ANO      |          |
| komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                  | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka jídelna, světlo                          | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                            | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                         | 7  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                 | 6  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                            | 8  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                         | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                     | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                        | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení interní B</b>                                     |    |          |          |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                        | 12 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                  | 31 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                              | 2  | ANO      |          |
| komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                  | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka jídelna, světlo                          | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                            | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka klizmata, světlo                         | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání                            | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka lázeň, světlo                           | 1  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                        | 1  | ANO      |          |

| Požadavek / parametr                                          |    | ANO / NE | Poznámka |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                         | 7  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                 | 6  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                            | 8  | ANO      |          |
| terminál personálu sesterna                                   | 1  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                         | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                     | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                        | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení interní A</b>                                     |    |          |          |
| terminál personálu sesterna                                   | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka pokoj , světlo                           | 12 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                  | 31 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                              | 2  | ANO      |          |
| komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                  | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka jídelna, světlo                          | 1  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání                                     | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka klizmata, světlo                         | 1  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                        | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka lázeň, světlo                           | 1  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                        | 1  | ANO      |          |
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC                         | 7  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                                 | 5  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo                            | 7  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo                         | 1  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                                     | 1  | ANO      |          |
| kamera                                                        | 1  | ANO      |          |
| <b>Oddělení dětské</b>                                        |    |          |          |
| komunikační jednotka na pokoji, světlo                        | 13 | ANO      |          |
| volací šňůra                                                  | 10 | ANO      |          |
| lůžková jednotka                                              | 20 | ANO      |          |
| komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo                  | 1  | ANO      |          |
| komunikační jednotka jídelna, světlo                          | 1  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání                                     | 2  | ANO      |          |
| komunikační jednotka herna, světlo                            | 1  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání                                     | 1  | ANO      |          |
| signalizační jednotka sprcha, světlo                          | 2  | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání                                        | 2  | ANO      |          |

| Požadavek / parametr                           |    | ANO / NE | poznámka |
|------------------------------------------------|----|----------|----------|
| táhlo s tlačítkem nouzového volání WC          | 13 | ANO      |          |
| táhlo nouzového volání sprcha                  | 5  | ANO      |          |
| tlačítko nouzového volání umývadlo             | 9  | ANO      |          |
| terminál personálu sesterna                    | 1  | ANO      |          |
| vchodová komunikační jednotka, světlo          | 2  | ANO      |          |
| otevírání el. zámku dveří                      | 2  | ANO      |          |
| kamera                                         | 2  | ANO      |          |
| kabel UTP 5E v celkové odhadované délce 6500 m | 1  | ANO      |          |

| Požadavek / parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO / NE | Hodnota / Popis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>4. Instalační práce a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |
| Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO      |                 |
| Dodávka musí obsahovat plnohodnotné záložní řešení v případě výpadku, nebo poruchy hlavního serveru, a to buď náhradním serverem, nebo virtuálním serverem. Tedy musí být umožněno v případě poruchy v co nejkratším čase celý systém uvést do provozu.                                                                                                                                                                                                                                    | ANO      |                 |
| Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům zejména el. energie v případě potřeby k dalším potřebným zdrojům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO      |                 |
| Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO      |                 |
| Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO      |                 |
| Provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO      |                 |
| Prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO      |                 |
| Uvedení zařízení do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO      |                 |
| Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:<br>- návod k obsluze v ČJ<br>- protokoly o zkouškách a revizích<br>- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané výrobky, vč. kopií jejich překladů do českého jazyka a kopií oprávnění k provádění servisu a prodeji ZP podle § 23 a § 44 odst. 3, zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (ověření kopií není požadováno) | ANO      |                 |
| Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO      |                 |
| Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO      |                 |
| Po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO      |                 |
| Po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze, po záruce bezplatný veškerý update související s bezpečností ZP po celou dobu životnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO      |                 |
| Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO      |                 |
| <b>Zvláštní požadavky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |
| Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech nemocnice dle specifikace výše.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO      |                 |
| V případě nutnosti zakoupení licencí na SW, bude zadavatel akceptovat pouze jednorázový poplatek v ceně zařízení. Nebude akceptovat jakékoliv paušální splátky, ať už měsíční nebo roční.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO      |                 |
| Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO      |                 |

