

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Obnova přístrojového vybavení pracoviště lineárního urychlovače“

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 25/26/K

V Brně, dne 26.3.2026

Věc: Veřejná zakázka ev. č. Z2025-060036:

„Obnova přístrojového vybavení pracoviště lineárního urychlovače“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1: B: Požadované parametry CT simulátoru

Zadavatel požaduje v Technické specifikaci v položce B: Požadované parametry CT simulátoru:

„Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 0 % MTF - min. 15 lp/cm/mandatorní požadavek“

Výrobce udává pro CT přístroje vysoko kontrastní rozlišení pro 2%, 10% nebo 50% MTF. Pro 0% MTF hodnotu vysoko kontrastního rozlišení neudává, protože se jedná o čistě teoretickou hodnotu, kdy nelze rozeznat již žádné linien páry.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat vysokokontrastní rozlišení @ 2 % MTF 15,1 lp/cm (± 10%) a bude tímto rozlišením požadavek splněn?

Odpověď č. 1: S ohledem na známou závislost MTF na vysokokontrastním prostorovém rozlišení hodnota 15 lp/cm (+10%) @ 2% MTF splňuje a překračuje mandatorní požadavek zadavatele na minimální hodnotu dosažitelného vysokokontrastního rozlišení pro 0% MTF. Zadavateli tak není zřejmý důvod, proč byl tento dotaz uchazečem vznesen.

Obecně v případech, kdy výrobce běžně neudává některé hodnoty v produktových datech nebo jiných dokumentech (návod k obsluze, technická referenční příručka atd.), může být daná hodnota nebo splnění technického požadavku prokázáno prohlášením výrobce.

Odpověď č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele