

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

obdobně dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Jihomoravská zdravotní, a.s., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27714608, ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona s názvem „**Přístroj pro terapii inkontinencí**“ obdržel dne 25. 3. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace obdobně dle ust. § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele a dále své odpovědi na dotazy obsažené v žádosti.

Žádost ze dne 25. 3. 2026 (dotazy dodavatele jsou zvýrazněny kurzívou, odpovědi zadavatele jsou uvedeny za **tučně zvýrazněným** textem):

Dotaz č. 1:

„1. Vestavěná encyklopedie s medicínskými protokoly

Prosíme o upřesnění, zda je tímto požadavkem myšlena přítomnost přednastavených terapeutických protokolů v zařízení. Námí nabízené zařízení disponuje širokou škálou přednastavených terapeutických programů (včetně programů pro léčbu ženské i mužské inkontinence a erektilní dysfunkce), které jsou standardně využívány v klinické praxi. Termín „encyklopedie“ však není běžně používán v technické dokumentaci těchto zařízení.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že tazatel interpretuje požadavek na „vestavěnou encyklopedii“ správně. Pod tímto pojmem zadavatel rozumí softwarové vybavení přístroje, které obsahuje širokou škálu přednastavených terapeutických protokolů pro klinické využití.

Dotaz č. 2:

„2. Pacientská databáze

Prosíme o specifikaci, zda je požadována skutečná pacientská databáze (tj. ukládání identifikačních údajů pacientů a historie terapií), nebo zda postačuje možnost ukládání uživatelsky definovaných terapeutických protokolů.

Námí nabízené zařízení umožňuje ukládání vlastních terapeutických programů, nikoliv však evidenci pacientských dat. Ukládání osobních údajů pacientů přímo v přístroji tohoto typu není z pohledu klinické praxe standardem a může být problematické z hlediska ochrany osobních údajů (GDPR). V praxi je evidence pacientů běžně řešena v nadřazených nemocničních nebo ambulantních informačních systémech, nikoliv v samotném terapeutickém zařízení.

Z tohoto důvodu se domníváme, že tento parametr není zásadní pro funkční a bezpečné poskytování zdravotní péče.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že postačuje, aby účastníkem nabízené řešení umožňovalo vedení pacientské databáze ve smyslu ukládání uživatelských protokolů (uživatelsky definovaných terapeutických protokolů), resp. terapeutických programů založených pro konkrétního pacienta/uživatele.

Zadavatel v této souvislosti mění Přílohu č. 1: Technickou specifikaci (dále jen jako „Technická specifikace“) tak, že formulace řádku č. 28 nově zní:

„pacientská databáze ve smyslu vedení a ukládání uživatelských protokolů“

Nová, ve smyslu výše uvedených změn aktualizovaná verze zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_44411.html.

Dotaz č. 3:

„3. Aplikační křeslo s možností nastavení výšky

Prosíme o upřesnění požadavku na způsob nastavení výšky křesla (např. hydraulické, elektrické, manuální apod.). Námí dodávané aplikační křeslo má fixní výšku a není vybaveno kolečky, což vychází z dlouhodobé praktické zkušenosti. Toto řešení považujeme za optimální zejména z hlediska stability a

bezpečnosti při práci s těžšími nebo imobilními pacienty. V případě, že zadavatel trvá na možnosti nastavení výšky, jsme schopni zajistit výrobu křesla na míru, ale potřebujeme přesné technické specifikace.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel v souvislosti s dotazem tazatele přehodnotil technické požadavky poptávaného řešení a rozhodl se připustit též stacionární variantu aplikačního křesla. Zadavatel v tomto ohledu akceptuje odbornou argumentaci tazatele, že fixní výška bez koleček může být za specifických klinických okolností z hlediska bezpečnosti a stability pacienta řešením vhodnějším. Účastník tedy může nabídnout též stacionární variantu aplikačního křesla, avšak za současného dodržení všech ostatních parametrů, resp. požadavků dle Technické specifikace.

Zadavatel v této souvislosti mění Technickou specifikaci tak, že formulace řádku č. 31 nově zní:

„aplikační křeslo s možností nastavení výšky či stacionární“

Nová, ve smyslu výše uvedených změn aktualizovaná verze zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_44411.html.

Zadavatel na základě provedených změn zadávacích podmínek tímto vysvětlením zadávací dokumentace (jednotlivé konkrétní změny jsou uvedeny výše v textu) nahrazuje stávající Přílohu č. 1: Technickou specifikaci (dokument s označením „P1_TS_JMZ_přístroj na terapii inkontinencí_2026-03-17“) novým, resp. konsolidovaným zněním označeným názvem „P1_TS_JMZ_přístroj na terapii inkontinencí_2026-03-30“. **Dodavatelé užití pro účely podání nabídek aktualizované verze zadávací dokumentace, resp. Technické specifikace.**

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek do **7. 4. 2026, 12:00 hodin**.

V Brně dne 30. března 2026