



Hlavní inženýr projektu:
ING. JAN KOČMÁNEK

Vedoucí projektant zakázky:
ING. MARTIN FORAL

Investor:
NEMOCNICE KYJOV, p.o.
Strážovská 1247/22
697 02 Kyjov

Profese:

MED

Zpracovatel dílu:

TK Projekt, Letná 431, Liberec, 460 01
Tel: +420 602 287 810
E-mail: tk_projekt@volny.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

ING. ZDENĚK KVAPIL

Vypracoval:

ING. ZDENĚK KVAPIL

Kontroloval:

ING. ZDENĚK KVAPIL

Akce:

**NEMOCNICE KYJOV
URGENTNÍ PŘÍJEM**

Zakázkové číslo:

DPS 08 - 2022

Paré:

Datum:

10 - 2022

Stupeň:

DPS

Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3

SO 01

Formát:

4 A4

Obsah:


INSTALAČNÍ KOMPLEXY

Měřítko:

-

Číslo výkresu:

D.1.01.4e-103




STROPNÍ ZDROJOVÝ MOST pro 1 lůžko

expektace C3-1.36, C3-1.37

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET KUSŮ	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZÁSUVKA OCHRAN. POSP. ABB	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z MOSTU	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z MOSTU	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
	KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO				
4	1	1	1	—	—	—	8/2	4/1	1x2	ANO	ANO	ANO
KONZOLA S RAMENY	SPECIFIKACE RAMEN NA KONZOLE		MEDILÍŠTA 400mm	NOSIČ INFUZÍ	VĚŠÁK	ZÁVĚSNÁ TYČ	ZÁVĚSNÁ POLICE	POSUVNÁ POLICE 2 PLATA	PLENTA	SPOJENÍ SESTRA PACIENT	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	ZÁSUVKA RTG
	1	550										
	2	750										
ANO	3	700/600	2	ANO	ANO	ANO	—	ANO	—	ANO	1	—



OTOČNÝ KOMPLEX STROPNÍ CHIRURGICKÝ

zámkový sál 1.NP C3-1.29

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET KUSŮ	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZÁSUVKA OCHRAN. POSPŮJ. ABB	LAMPÍČKA (samostat. přívod)
	KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO		
1	–	2	2	–	přívod ovládání	–	13/3	6/2	3x2	–
POHON NÁSTROJŮ	ODTAH ANEST. SMĚSÍ	ODTAH POHONU NÁSTROJŮ	MEZIKUS	MEDILIŠTA	POLICE	DRŽÁK PŘÍSLUŠ. NA MEDILIŠTU	TYČ	NOSIČ INFUZÍ	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	ZÁSUVKA RTG MDO
–	–	–	ANO	ANO	2	1	1	1	2	1