

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 85 ZVZ

Název veřejné zakázky:

„Magnetická rezonance“



1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO: 002 26 912
Zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, Ing. Anna Kroulíková, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15021



2. Identifikační údaje veřejné zakázky a zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky (projektu): Magnetická rezonance
Ev. číslo (VVZ): VZ 507946
Ev. číslo (TED): 2015/S 035-059335
Identifikační číslo projektu: -
Akceptační číslo projektu: -
Dotační titul: -
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na dodávky
Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.): Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ): Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Použité zkratky:

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro radiodiagnostické oddělení (dále jen Zařízení). Zařízení je specifikováno v bodě 2.2. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak **dodání Zařízení** s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a **6letý pozáruční kompletní servis** (dále je Fullservis).

Zatřídění dodávek dle kódu CPV

Jednotka magnetické rezonance
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

- kód CPV: 33111610-0
- kód CPV: 50421000-2

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Smlouva nebyla uzavřena.

Zadavatelem vyloučený uchazeč GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. podal námitku. Následně proběhlo přezkumné řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky dle § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

5. Zvolený druh zadávacího řízení:

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na dodávky

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ): Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče(ů):

Nabídka č. 1

Název uchazeče	Philips Česká republika s.r.o. sektor Philips Healthcare
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8
IČO	63985306
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	36.499.900 Kč bez DPH
Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje	108 kanálů
Homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	2,0 ppm VRMS
Výkon RF vysílače	16 kW

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Nabídka č. 1

Název uchazeče	Philips Česká republika s.r.o. sektor Philips Healthcare
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8
IČO	63985306
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	36.499.900 Kč bez DPH
Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje	108 kanálů
Homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	2,0 ppm VRMS
Výkon RF vysílače	16 kW

Nabídka č. 2

Název uchazeče	GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
IČO	63991306
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	32.600.000,00 Kč bez DPH
Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje	32 kanálů
Homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	2,3 ppm VRMS
Výkon RF vysílače	16 kW

8. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení byla zadavatelem vyloučena nabídka č.2.

Nabídka č. 2

Název uchazeče	GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
IČO	63991306
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	32.600.000,00 Kč bez DPH
Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje	32 kanálů
Homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	2,3 ppm VRMS
Výkon RF vysílače	16 kW

Odůvodnění:

Zadavatel schválil doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která vyřadila nabídku uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČO: 63991306 a dne 30. 7. 2015 rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Nedostatky nabídky:

Dne 29. 7. 2015 bylo doručeno písemné vyjádření od firmy GE Medical Systems ČR, s.r.o. k žádosti o písemné objasnění v rámci veřejné zakázky Magnetická rezonance.

Zadavatel požadoval k vyšetření kloubů dedikované vícekanálové cívky, přičemž pro tyto diagnostické oblasti nepřipouštěl využití běžných flexibilních cívek (formulace zadávací dokumentace). Písemné objasnění uchazeče však tento požadavek nespĺňuje, protože nabízená sada GEM Flex Suite cívek jsou cívky flexibilní a tedy v rozporu se zadávacími podmínkami. Komise se shodla, že firma GE Medical Systems ČR, s.r.o. nespĺnila technickou specifikaci zadání a bude hodnotící komisí vyřazena z účasti v zadávacím řízení.

9. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

Z účasti v zadávacím řízení nebyl z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučen žádný uchazeč.

10. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria, kterým je dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky.

Pořadí dle váhy	Kritérium	Váha kritéria
1. kritérium	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	85,0%
2. kritérium	Počet akvizičních kanálů nabízeného přístroje	7,0%
3. kritérium	Homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	5,0%
4. kritérium	Výkon RF vysílače	3,0%

Hodnocení nabídek nebylo provedeno vzhledem k vyřazení uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČO: 63991306, kdy k hodnocení zbyla jedna nabídka uchazeče **Philips Česká republika s.r.o.**, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306.

Výsledné pořadí nabídek:

Výsledné hodnocení pořadí nabídek nebylo provedeno vzhledem k vyřazení uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČO: 63991306 zbyla k hodnocení jedna nabídka.

Závěr z hodnocení nabídek:

Hodnotící komise v souladu s § 79 odst. 6 ZVZ neprovedla hodnocení nabídek. Hodnotící komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru nabídky uchazeče **Philips Česká republika s.r.o.**, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, v souladu s § 81 odst. 2 ZVZ.

Zadavatelem vyloučený uchazeč **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.** podal námitku. Následně proběhlo přezkumné řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel rozhodl o **zrušení zadávacího řízení** veřejné zakázky dle § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

1. Zadavatel obdržel v zadávacím řízení veřejné zakázky nabídku uchazeče GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. (dále jen „**uchazeč**“), která dle názoru zadavatele nesplňovala technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel byl od zahájení zadávacího řízení přesvědčen o tom, že zadávací dokumentace veřejné zakázky byla vymezena v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a že charakteristika a požadavky na předmět plnění veřejné zakázky byly stanoveny objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky zamýšlený zadavatelem. I přes tuto skutečnost byly zadávací podmínky veřejné zakázky uchazečem, s jeho zcela od zadavatele a ostatních uchazečů rozdílnou interpretací zadávacích podmínek, při níž uchazeč shledal vymezení technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky neurčitým, napadeny v námitkovém řízení a následně rovněž v přezkumném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
2. Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, neboť konstatoval, že s podstatně zvýšenou mírou představitosti lze specifikaci technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky požadovanou zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky účelově interpretovat odlišně od specifikace zamýšlené zadavatelem při vymezení technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky. Zadavatel konstatoval, že v takovém případě je nabídka uchazeče s nabídkami ostatních uchazečů vzájemně neporovnatelná, což má vliv na zákonnost zadávacího řízení a postup zadavatele, přičemž takovou situaci nelze jakkoliv zhojit.
3. Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky rovněž kvůli podstatnému časovému prodlení s uvedením zařízení magnetické rezonance do provozu, které vzniklo v průběhu námitkového a přezkumného řízení. Zadavatel usiluje o včasné uvedení magnetické rezonance do provozu, což zcela nepochybně povede k záchraně lidských životů a ke snížení počtu úmrtí, a jediným způsobem, jak daného cíle co nejrychleji dosáhnout, je zadávací řízení zopakovat.
4. Dle § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ je dán důvod ke zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Takovým důvodem je dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i situace, která má vliv na zákonnost zadávacího řízení a celého postupu zadavatele a zároveň nelze přijmout jiné opatření k nápravě.

11. Část nabídky (smlouvy), která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

V Kyjově dne 11. 12. 2015


Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka


Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka nemocnice

Související dokumenty:

- Příloha č. 1 – „PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI UCHAZEČŮ“
- Příloha č. 2 – „PROTOKOL O PRVNÍM JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE“
- Příloha č. 3 – „Protokol z posouzení kvalifikace v rámci 1. jednání hodnotící komise“
- Příloha č. 4 – „Protokol z posouzení kvalifikace v rámci 2. jednání hodnotící komise“
- Příloha č. 5 – „Protokol z posouzení nabídek v rámci 1. jednání hodnotící komise“
- Příloha č. 6 – „Protokol z posouzení nabídek v rámci 2. jednání hodnotící komise“
- Příloha č. 7 – „Protokol z hodnocení nabídek – závěr hodnocení“
- Příloha č. 8 – „Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ“
- Příloha č. 9 – „Rozhodnutí zadavatele dle § 76 odst. 6 ZVZ“
- Příloha č. 10 – „Rozhodnutí zadavatele dle § 81 ZVZ“
- Příloha č. 11 – „Námítky proti rozhodnutí stěžovatele GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.“
- Příloha č. 12 – „Písemné rozhodnutí o námítkách“
- Příloha č. 13 – „Návrh Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“
- Příloha č. 14 – „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“