

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: u Nemocnice 3066/1, 690 74

IČ: 003 90 780

V Břeclavi, 4. března 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“.

Dotazy k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 6 – Plicní ventilátory“

Zadavatel požaduje jako součást dodávky pro 4 ks ventilátorů integrovaný kompresor stlačeného vzduchu.

Dotaz č. 1: Akceptuje zadavatel přístroj s integrovanou turbínou? Řešení zajišťuje nezávislost na centrálním rozvodu vzduchu s nižší servisní náročností. Nabízené řešení nemá žádný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje.

Odpověď: V případě, že plicní ventilátor bude vybaven turbínou nezávislou na rozvodech vzduchu, považuje zadavatel toto řešení za řešení shodné s podmínkou dodání kompresoru k 4 ks plicních ventilátorů. Dané řešení nemá žádný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje.

Zadavatel nedefinoval v technické specifikaci požadavky zobrazení uživatelského rozhraní.

Dotaz č. 2: Akceptuje zadavatel přístroj zobrazující pouze číselné hodnoty všech požadovaných parametrů nebo požaduje zobrazení alespoň tří základních parametrů tlak, průtok a objem křivkami dle současných standardů souběžně v jednom zobrazení? Je tento předpoklad správný?

Uchazeč se domnívá na základě deklarovaného umístění ventilátoru na odd. ARO a JIP, že zadavatel požaduje přístroj s vyššími schopnostmi monitoringu a zobrazení pro komplexnější využití přístroje.

Odpověď: Zadavatel bude akceptovat i zobrazení pouze číselných hodnot požadovaných parametrů.

Dotazy k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 14 – Přístroje pro trénink pohybu paret. končetin – motodlahy, motomed (pro dolní a horní končetiny)“

Dotaz č. 3: Je možné upravit technickou specifikaci – vynechat určité parametry, funkce, které nabízí pouze jedna společnost na trhu, aby se veřejné zakázky mohlo účastnit více

firem? Dle technické specifikace v zadávací dokumentaci nebudeme schopni podat nabídku, i přesto, že všechny přístroje se nacházejí v našem portfoliu.

Odpověď: Zadavatel uvádí, že trvá na technické specifikaci, kterou provedl v zadávací dokumentaci. Požadavky na technické parametry jsou nastaveny obecně s danou tolerancí $\pm 10\%$.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel proto trvá na zadané technické specifikaci k předmětné části veřejné zakázky.

Dotazy k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 9 – Ultrazvuk pro vaskulární vyšetření s kontrastní látkou“

Zadavatel požaduje pro část 9 – Ultrazvuk pro vaskulární vyšetření s kontrastní látkou PFD zobrazení a software pro kvantifikaci při vyšetření s kontrastní látkou.

Dotaz č. 4: Mohl by zadavatel vysvětlit PFD zobrazení?

Odpověď: PFD zobrazení (detekce pulsatility toku) - diagnostická modalita kombinující kvantitativní i kvalitativní analýzu průtoků vysoko i nízko rychlostní vaskularizace. Barevným mapováním v reálném čase umožňuje rozlišení low- a high- resistivity prokrvení.

Dotaz č. 5: Mohl by zadavatel podat bližší informaci ke kvantifikaci?

Odpověď: Kvantifikací je myšlen post-processing na přístroji (softwarový na přístroji), který umožňuje na již uložených datech (smyčkách), kvantitativní analýzu intenzity signálu (např. kontrastu) v dB ve formě křivek (zobrazení křivek jednotlivých intenzit v obraze v závislosti na čase).



.....
za zadavatele

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780