

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: u Nemocnice 3066/1, 690 74

IČ: 003 90 780

V Břeclavi, 12. března 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“. Dotazy jsou v chronologickém pořadí s dotazy v dodatečné informaci č. 1

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 3 – Infuzní dávkovače“

Dotaz č. 6 V zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum“ je v příloze č. 2 - Technická specifikace v části 3 – Infuzní dávkovače – 2.1.4 uveden požadavek na režim KVO v minimálním rozsahu 0,1 ml/h až 5 ml/h.

Režim KVO (Keep Vein Open) = zachování otevřené žíly se používá k tomu, aby po podání požadovaného objemu nebo po splnění požadovaného času podávání infúze nedošlo k zastavení podávání infúze a následnému vzniku trombu v žíle. Jistě je výhodná možnost nastavení rychlosti KVO, která by korespondovala s původní rychlostí podávání roztoku infúzní pumpou, ale ze zkušeností z praxe víme, že se toto neděje a používá se výrobcem přednastavená rychlost KVO. Námi nabízená infúzní pumpa má dvě rychlosti KVO: 1ml/h při původních rychlostech podávání infúze menších než 10 ml/hod a 3 ml/h při původních rychlostech větších než 10 ml/h, čím se mnohem lépe přizpůsobuje fyziologickým a terapeutickým podmínkám – pomalejší podávání infúzí – pomalá rychlost KVO a velké rychlosti infúzí – velká rychlost KVO, bez nutnosti změny nastavení personálem.

Otázka: Bude zadavatelé vyhovovat navrhované řešení rychlosti KVO?

Odpověď: Režim řešení KVO (Keep Vein Open) nabízené tazatelem nemá podstatný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje a bude zadavatelem akceptováno. Zadavatel sděluje, že v dotazu uchazeče pravděpodobně došlo k překlepu v části *požadavek na režim KVO v minimálním rozsahu 0,1 ml/h až 5 ml/h*, zadavatel v technické specifikaci stanovil požadavek na režim KVO v minimálním rozsahu **1ml/h** až 5 ml/h.

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 4 – Injekční dávkovače“

Dotaz č. 7: V zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum“ je v příloze č. 2 - Technická specifikace v části 4 – Injekční dávkovače – 2.1.9 uveden požadavek na režim KVO v minimálním rozsahu 0,1 ml/h až 5 ml/h.

Režim KVO (Keep Vein Open) pro zachování otevřené žíly se používá u infúzních pump, které podávají velké objemy infúzí. Injekčními dávkovači se podávají malé objemy koncentrovaných léčiv (kardiotonika, hypnotika, antibiotika, ...) a je nežádoucí, aby přístroj po podání přednastaveného objemu nebo splnění požadovaného času podávání infúze nadále podával tento lék pro udržení průtoku v žíle. Z tohoto důvodu není klinicky relevantní, aby byl průtok v žíle udržován průtokem např. adrenalinu. Proto se při podávání infúzí spojují v „rampičkách“ či „kohoutech“ injekční dávkovače a infúzní pumpy, kdy je průtok v žíle udržován např. Glukózou či Fyziologickým roztokem podávanými infúzní pumpou.

Otázka: Bude zadavateli postačovat, nabídneme-li mu injekční dávkovač, který bude umět přesně podat přednastavený objem a pumpy s možností KVO?

Odpověď: Režim řešení KVO (Keep Vein Open) nabízené tazatelem nemá podstatný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje a bude zadavatelem akceptováno.

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 10 – Přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky“

Dotaz č. 8: Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

-monitor pro měření hemodynamických parametrů z analýzy arteriální pulzní vlny na základě kalibrace podle diluce lithia

-kalibrace transpulmonální indikátorem dilucí chloridu lithného 1x za 24 hod.

Otázka: „Podle všeobecně dostupných informací splňuje výše uvedené požadavky pouze jeden přístroj na trhu. Bude zadavatel považovat za splnění požadavku, pokud bude nabídnut přístroj s jinou metodou kalibrace při splnění všech ostatních požadovaných požadavků na přístroj, tedy bude nabídnuto obdobné technické řešení?“

Odpověď: Zadavatel se k předmětnému dotazu vyjádřil na základě podaných námitek jiného uchazeče, v tomto zadavatel odkazuje na uveřejněnou změnu zadávacích podmínek na profilu zadavatele. Z opatrnosti zadavatel sděluje, že:

Dosavadní znění zadávací dokumentace: *monitor pro měření hemodynamických parametrů z analýzy arteriální pulzní vlny na základě kalibrace podle diluce lithia*
se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: monitor pro měření hemodynamických parametrů

Dosavadní znění zadávací dokumentace: *kalibrace transpulmonální indikátorem dilucí chloridu lithného 1 x za 24 hod.* **se ruší bez náhrady**

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 6 – Plicní ventilátory“

Dotaz č. 9 : Zadavatel požaduje „mikronebulizaci léků synchronizovanou s inspiriem“.

Otázka: Akceptuje zadavatel mikronebulizaci léků nejmodernější metodou nebulizace s piezokeramickým měničem?

Tuto metodu používá část špičkových světových výrobců plicních ventilátorů s tím, že toto řešení neovlivňuje dechový objem ani frakci kyslíku /FiO2/. Navíc je velmi efektivní. Toto moderní řešení nemá žádný vliv na terapeutický účel přístroje a je tudíž zcela v souladu s původním záměrem zadání.

Odpověď: Režim řešení nebulizace léků piezokeramickým měničem nabízené tazatelem nemá podstatný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje a bude zadavatelem akceptováno.

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Dotaz č. 10: Obracím se na Vás s dotazem k zakázce: "Dodávka zdravotnické technologie", zda akceptujete prohlášení o shodě námi dodávaných odsávaček ve slovenském jazyce, nebo trváte na úředně ověřeném překladu.

Odpověď: Zadavatel akceptuje v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, prohlášení o shodě ve slovenském jazyce bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 60 350 730

.....
za zadavatele

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav