

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: u Nemocnice 3066/1, 690 74

IČ: 003 90 780

V Břeclavi, 18. března 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“.

„Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – Část 11 - Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci“

V zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum“ je v příloze č. 2 - Technická specifikace v části 11 – Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci - uveden požadavek - *nastavitelný úhel v kyčli 0° - 15°*.

Zadavatel sděluje, že tento požadovaný parametr nemá podstatný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje a technické řešení, bez možnosti nastavitelného úhlu v kyčli bude zadavatelem akceptováno.

„Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – Část 13 - Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce: Přístroj pro cílený lokomoční trénink s motorickým pohybem v kyčelních a kolenních kloubech, nebo dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém“

V zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum“ je v příloze č. 2 - Technická specifikace v části 13 – Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce: Přístroj pro cílený lokomoční trénink s motorickým pohybem v kyčelních a kolenních kloubech, nebo dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém - uveden požadavek - *pásu přibližně 150x150cm*.

Zadavatel sděluje, že u tohoto parametru došlo k tiskové chybě, správný parametr požadavku je plocha pásu přibližně 50 x 150 cm.

Zadavatel dále sděluje, že byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a to **do 3. 5. 2013 do 11:00 hod.**

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1. 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780

.....
za zadavatele

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav