



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI ZAKÁZKY

Název zakázky:

Nemocnice Břeclav – Lůžka pro NIP a DIOP

1.) Identifikační údaje zadavatele:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

sídlo: U Nemocnice 3066/1, Břeclav, 690 74

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

telefon: 519 315 105

fax: 519 372 112

e-mail: nembv@nembv.cz

statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel

(dále jen „*zadavatel*“)

2.) Předmět plnění zakázky

Zadavatel vypisuje výběrové řízení dle „Zásad vztahů JMK k PO“ ze dne 16. 11. 2015 ev.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 5.3.3 uvedených Zásad. Druhem veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je dodávka 2 ks resuscitačních lůžek a 4 ks lůžek pro JIP. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny a instruktáž v souladu s ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace zakázky:

Technické parametry

Resuscitační lůžko

- Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52
- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm
- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížních sil při polohování
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru
- laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru
- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka
- snímání C ramenem
- mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení
- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- držáky na infuzní stojan a hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
- potenciálové propojení

příslušenství:

- sada fixačních klínů pro laterální náklon
- držák hadic ventilátoru pro laterální náklon
- infuzní stojan
- držák kyslíkové lahve

Matrace:

- integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů
- kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován)
- ovládání matrace z ovladače lůžka
- mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód
- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti
- nosnost 250 kg
-

Lůžko JIP

- Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52
- Čtyřdílná ložná plocha min. 200x856 cm;
 - stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka;
 - plastové postranice dělené, výška postranic minimálně 36 cm nad ložnou plochu
 - předprogramované důležité polohy (např. resuscitační poloha, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, opačná Trendelenburgova poloha, nebo jiné); nejlépe jednotlačítkové ovládání;
 - zdvih lůžka elektromotorem nejnižší poloha musí být pod 40 cm (nižší je lepší) a nejvyšší poloha musí být vyšší než 75 cm (vyšší je lepší);
 - polohování ložné plochy pomocí elektromotoru;
 - zálohová baterie (ideálně s vlastní autodiagnostikou kapacity životnosti);

- možnost náklonu do Trendelenburgovy minimálně 13° a Antitrendelenburgovy minimálně -13° polohy pomocí elektromotoru;
- požadavek na antidekubitní efekt pro pacienta (antidekubitní matrace, schopnost dvojité autoregresy zádového a stehenního dílu ložné plochy, atd.);
- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR);
- odnímatelná plastová čela s aretací proti nechtěnému vyjmoutí;
- hlavové čelo pevné tzn. při náklonu lůžka do TR polohy zůstává hlavové čelo ve stabilní poloze bez náklonu;
- možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy
- integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm;
- 4 kolečka o průměru minimálně 150 mm s centrálním ovládáním brzd;
- držáky na drobné příslušenství;
- držáky na infúzní stojan, hrazdu;
- ochranná kolejka v rozích lůžka;
- nosnost lůžka nejméně 250 kg;

Aktivní antidekubitní matrace

- pro velmi vysoké riziko dekubitů
- možnost volby mezi statickým, dynamickým a diagnostickým režimem
- možnost transportu pacienta bez kompresoru až 24 hodin
- systém střídání tlaků v celách minimálně 3-1
- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování
- postranní statické cely jako podpora při vstávání
- perioda střídání tlaku v celách max. 10 minut
- možnost rychlého vypuštění CPR
- automatické nastavení tlaku v celách (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou)
- automatická kompenzace tlaku v celách při polohování
- systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
- nosnost minimálně 210 kg
- alarm v případě výpadku napájení
- potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra - nejlépe kontinuálně svařovaný, antibakteriální

Veškeré příslušenství nutné k zahájení k provozu.

U všech přesně uvedených technických parametrů je povolený rozsah +-10%.

Záruční doba nesmí být kratší než 24 měsíců, počínaje uvedením zařízení do provozu.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž:

- a) dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
- d) zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- e) zajištění a provedení bezplatných periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží,

- f) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

3.) Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky

Termín realizace do 60-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav – Oddělení NIP a DIOP. Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Náklady uchazeče výběrového řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky, nebo výběrové řízení zrušit.

4.) Nabídková cena a způsob její úhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celkem předpokládaná hodnota	826.446,- Kč bez DPH
------------------------------	----------------------

Uvedená předpokládaná cena je nastavena jako maximální cena zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší.

Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění předmětu zakázky.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.

Nabídkovou cenu není možné překročit a je třeba ji uvést bez DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých (Kč).

5.) Lhůta k podání nabídek

Lhůta k podání nabídek na realizaci zakázky je stanovena zadavatelem do 28. 4. 2016 do 13:00 hod., přičemž v této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadavatele. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat v sídle zadavatele, na sekretariátu v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 13:00 hod. 28. 4. 2016, nebude přihlášeno a budou bez dalšího vráceny uchazeči.

6.) Hodnotící kriteria

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle kritéria nejnižší nabídková cena .

Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. **Nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za dodávku,** přičemž rozhodující je cena bez DPH.

7.) Zpracování nabídky

Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom vyhotovení v rozsahu a podobě dle požadavků zadavatele a to v uzavřené obálce označené názvem zakázky: „Nemocnice Břeclav – Lůžka pro NIP a DIOP“ a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Obálka musí být opatřena adresou, na kterou bude možno vrátit pozdě doručené nabídky.

Všechny listy nabídky budou viditelně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Uchazeč připojí k nabídce jako její nedílnou součást následující doklady:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH)
- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
- Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci

V Břeclavi dne 6. 4. 2016

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 639 74 Břeclav
IČO: 00 390 760

MUDr. Jiří Jurník
ředitel

