



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI ZAKÁZKY

Název zakázky:

Nemocnice Břeclav – Vyšetřovací jednotka ORL

1.) Identifikační údaje zadavatele:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

sídlo: U Nemocnice 3066/1, Břeclav, 690 74

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

telefon: 519 315 105

fax: 519 372 112

e-mail: nembv@nembv.cz

statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel

(dále jen „*zadavatel*“)

2.) Předmět plnění zakázky

Zadavatel vypisuje výběrové řízení dle „Zásad vztahů JMK k PO“ ze dne 16. 11. 2015 ev.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 5.3.3 uvedených Zásad. Druhem veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je dodávka vyšetřovací jednotky pro ORL. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny a instruktáž v souladu s ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace zakázky:

Technické parametry

Vyšetřovací jednotka:

- vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného ocelové konstrukce, extrémní trvanlivost nalakování – záruka poskytovaná výrobcem na konstrukci min. 10 roků
- pohyblivý na 4 kolečkách

- elektronická funkční část s fóliovou klávesnicí a digitálním teplotním displejem
- otáčivé rameno držáku pro rukojeť s odsávací hadicí
- dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením a plochou min. 0,3 m²
- transparentní akrylový kryt, při otevření složený na dvě části
- integrované rozšíření pracovní plochy o přídavnou polici
- odpadkový koš, otevírání nožním pedálem, nízký hluk
- nádoba pro použité nástroje
- výsuvná pracovní deska
- 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, vrchní zásuvka jako psací deska
- vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem
- 3 ks přehřívavý držák na endoskopy s regulací teploty
- 3 endoskopické toulce na desinfekci, vyměnitelné
- výplach ucha se systémem tlakové teplé vody 37°C s tolerancí $\pm 1^\circ\text{C}$ s napojením na domovní rozvod studené vody, miska napojena na odsávací systém
- odsávačka s příslušenstvím s výkonem min. 36 litrů za minutu a s automatickým vyprazdňováním a výplachem lahve do domovního odpadu
- hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic
- 3 integrované zdroje LED světla včetně regulace intenzity
- držák čelního světla s automatickým zapínáním/vypínáním
- integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se třemi rozprašovači a regulátorem tlaku
- ovládání unitu umístěné na levé nebo pravé straně (možnost volby)
- možnost výběru barevného provedení veškerých ploch dle vzorníku v RAL barvách

Mikroskop:

- Kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL
- min. 3 krokové zvětšení.
- Integrovaný žlutý a zelený filtr
- Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do unitu

Kamerový systém:

- USB HD kamera rozlišení min. 1280 x 960 pixelů.
- Připojení pomocí USB kabelu (USB 2.0 případně 3.0).
- Software pro archivaci, diagnostiku a databázi pacientů.
- Možnost vytváření speciálních diagnostických analýz obrazu, strobokymografie, editace a popis snímků, export na síťové úložiště v PACS.
- USB pedál pro ovládání záznamu kamery.
- Výměnný objektiv pro připojení rigidních i flexibilních endoskopů s ohniskem 28 mm.
- Možnost propojení se stroboskopem.
- Hmotnost kamerové hlavy maximálně do 115 g

PC pracovní stanice vč. ramene

- Multimediální pracovní stanice umístěná na rameni nebo na zed'
- Uhlopříčka obrazovky min. 23"
- Rozlišení full HD 1920 x 1080
- Dotykový systém ovládání
- Operační systém MS Windows

Vyšetřovací čelní ORL lampa

- Jednoduše nastavitelný čelní pás
- Možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu
- Světlovodný kabel integrovaný 2 200mm

Vyšetřovací optika:

- Rigidní optika 30°
- Průměr optiky 2.7 mm

Veškeré příslušenství nutné k zahájení k provozu.

U všech přesně uvedených technických parametrů je povolený rozsah +/-10%.

Záruční doba nesmí být kratší než 24 měsíců, počínaje uvedením zařízení do provozu.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž:

- a) dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
- d) zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- e) zajištění a provedení bezplatných periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží,
- f) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

3.) Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky

Termín realizace do 60-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav – Oddělení ORL.

Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Náklady uchazeče výběrového řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky, nebo výběrové řízení zrušit.

4.) Nabídková cena a způsob její úhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celkem předpokládaná hodnota

826.446,- Kč bez DPH

Uvedená předpokládaná cena je nastavena jako maximální cena zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší.

Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění předmětu zakázky.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.

Nabídkovou cenu není možné překročit a je třeba ji uvést bez DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých (Kč).

5.) Lhůta k podání nabídek

Lhůta k podání nabídek na realizaci zakázky je stanovena zadavatelem do 28. 4. 2016 do 13:00 hod., přičemž v této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadavatele. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat v sídle zadavatele, na sekretariátu v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 13:00 hod. 28. 4. 2016, nebude přihlíženo a budou bez dalšího vráceny uchazeči.

6.) Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle kritéria nejnížší nabídková cena .

Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. **Nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnížší nabídkovou cenu za dodávku,** přičemž rozhodující je cena bez DPH.

7.) Zpracování nabídky

Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom vyhotovení v rozsahu a podobě dle požadavků zadavatele a to v uzavřené obálce označené názvem zakázky: „Nemocnice Břeclav – Vyšetřovací jednotka ORL“ a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Obálka musí být opatřena adresou, na kterou bude možno vrátit pozdě doručené nabídky.


Všechny listy nabídky budou viditelně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Uchazeč připojí k nabídce jako její nedílnou součást následující doklady:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH)
- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
- Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci

V Břeclavi dne 6. 4. 2016

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 692 74 Břeclav
IČO: 00 390 750


.....
MUDr. Jiří Jurník
ředitel