



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI ZAKÁZKY

Název zakázky:

Nemocnice Břeclav – Myčky pro centrální sterilizaci

1.) Identifikační údaje zadavatele:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

sídlo: U Nemocnice 3066/1, Břeclav, 690 74

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

telefon: 519 315 105

fax: 519 372 112

e-mail: nembv@nembv.cz

statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel

(dále jen „*zadavatel*“)

2.) Předmět plnění zakázky

Zadavatel vypisuje výběrové řízení dle „Zásad vztahů JMK k PO“ ze dne 16. 11. 2015 ev.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 5.3.4 uvedených Zásad. Druhem veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks prokládacího mycího a dezinfekčního automatu a 1 ks jednodveřového mycího a dezinfekčního automatu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny a instruktáž v souladu s ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace zakázky:

Technické parametry

I.

- **prokládací mycí a dezinfekční automat** (dvoudveřový), certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát) s elektrickým ohřevem (max. celkový příkon 10 kW)

- dopředu výklopné dveře,
- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické + speciální program pro mytí silně znečištěného instrumentaria s použitím peroxidu vodíku
- nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.
- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- 3-násobná filtrace mycího roztoku
- mycí prostor vybavený nerezovými mycími rameny
- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- během mycího cyklu elektricky blokovávané dveře
- prokládací mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě 10 mycích DIN sít standardní velikosti
- možnost použití automatické identifikace programu magnetickým kódem u mycích košů
- dvě výkonná oběhová čerpadla o výkonu 300 a 400 l/min (Qmax 300 l/min pro vnější mytí, Qmax 400 l/min pro injektorové mytí)
- elektronická, mikroprocesorově volně programovatelná řídicí jednotka (min. 64 programů)
- komunikace na displeji v českém jazyce, výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring)
- čtyři vestavěná dávkovací čerpadla
- prokládací mycí a dezinfekční automat s vestavěným výkonným horkovzdušným sušícím agregátem (250/450 m³/hod) a s HEPA filtry H 13, stupeň filtrace min. 99,992%
- přístroj vybaven boilerem pro předeřtí DEMI vody
- bezpečnostní nerez základová vana
- jeden mycí vozík s 5-ti patry na OP instrumentarium
- 10 mycích DIN sít standardní velikosti

II.

- **jednodvěřový mycí a dezinfekční automat**, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW
- max. vnější rozměry přístroje (v,š,h):835(včetně nerezového víka),600,600 mm
- vnější opláštění nerez
- dopředu výklopné celonerezové dveře
- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10', atd.)
- bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
- mycí prostor bez topných těles, topná tělesa skrytá
- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
- mycí prostor vybavený dveřmi nerezovými mycími rameny
- kontroly mycího tlaku a rotace ostříkovacích ramen
- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- během mycího cyklu elektricky blokovávané dveře
- automatické dovírání a uzamykání dveří

- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 47 m³/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)
- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 párů OP obuvi
- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min
- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
- elektronická, programovatelná řídicí jednotka (min. 14 zákl. programů)
- výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring)
- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii
- 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii
- vestavěný kondenzátor par s rozstříkovačem
- vestavěný změkčovač vody
- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích
- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

Mycí koše :

- mycí vozík se 3-mi patry na OP instrumentarium
- 6 mycích DIN sít standardní velikosti

Veškeré příslušenství nutné k zahájení k provozu.

U všech přesně uvedených technických parametrů je povolený rozsah +/-10%.

Záruční doba nesmí být kratší než 24 měsíců, počínaje uvedením zařízení do provozu.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž:

- a) dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
- d) zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- e) zajištění a provedení bezplatných periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží,
- f) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

3.) Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky

Termín realizace do 60-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav – Oddělení centrální sterilizace.

Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Náklady uchazeče výběrového řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky, nebo výběrové řízení zrušit.

4.) Nabídková cena a způsob její úhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celkem předpokládaná hodnota 1.239.669,- Kč bez DPH

Uvedená předpokládaná cena je nastavena jako maximální cena zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší.

Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění předmětu zakázky.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.

Nabídkovou cenu není možné překročit a je třeba ji uvést bez DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých (Kč).

5.) Lhůta k podání nabídek

Lhůta k podání nabídek na realizaci zakázky je stanovena zadavatelem do 28. 4. 2016 do 13:00 hod., přičemž v této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadavatele. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat v sídle zadavatele, na sekretariátu v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 13:00 hod. 28. 4. 2016, nebude přihlíženo a budou bez dalšího vráceny uchazeči.

6.) Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle kritéria nejnižší nabídková cena .

Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. **Nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za dodávku, přičemž rozhodující je cena bez DPH.**

7.) Zpracování nabídky

Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom vyhotovení v rozsahu a podobě dle požadavků zadavatele a to v uzavřené obálce označené názvem zakázky: „Nemocnice Břeclav – Myčky pro centrální sterilizaci“ a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Obálka musí být opatřena adresou, na kterou bude možno vrátit pozdě doručené nabídky.


Všechny listy nabídky budou viditelně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Uchazeč připojí k nabídce jako její nedílnou součást následující doklady:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH)
- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
- Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci

V Břeclavi dne 6. 4. 2016

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 699 74 Břeclav
IČO: 00 390 780


.....
MUDr. Jiří Jurník
ředitel