



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

### **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI ZAKÁZKY**

**Název zakázky:**

**Nemocnice Břeclav – Šokový zmrazovač plazmy**

#### **1.) Identifikační údaje zadavatele:**

**Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**

sídlo: U Nemocnice 3066/1, Břeclav, 690 74

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

telefon: 519 315 105

fax: 519 372 112

e-mail: [nembv@nembv.cz](mailto:nembv@nembv.cz)

statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel

(dále jen „*zadavatel*“)

#### **2.) Předmět plnění zakázky**

Zadavatel vypisuje výběrové řízení dle „Zásad vztahů JMK k PO“ ze dne 16. 11. 2015 ev.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 5.3.3 uvedených Zásad. Druhem veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je dodávka šokového zmrazovače plazmy. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny a instruktáž v souladu s ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Specifikace zakázky:**

##### **Technické parametry**

##### **Kontaktní šokový zmrazovač plazmy**

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže  
Zmrazovací kapacita v jednom cyklu mražení min. 20 krevních vaků s plazmou o objemu 300 ml  
nebo min. 14 krevních vaků s plazmou o objemu 1000 ml

Flexibilní pro různé rozměry a tvary vaků do daného objemu 1000 ml  
Rozměry v x d x š max. 1600 mm x 1500 mm x 800 mm  
Hmotnost max. 400 kg  
Způsob mražení plazmy - kontaktní šokové  
Způsob vkládání plazmy - horizontální  
Provozní teplota min. + 18 až + 32 °C  
Způsob chlazení - vzduchem  
Rychlost předzmrzovací fáze (dosažení cílové provozní teploty na horní a dolní desce) max. v rozsahu 15 - 20 minut  
Rychlost zmražení v jádře plazmy ve vaku o 500 ml v jednom mrazicím cyklu při plném zatížení na - 30 °C - max. v rozsahu 30 - 40 min.  
Rychlost zmražení v jádře plazmy ve vaku o 1000 ml v jednom mrazicím cyklu při plném zatížení na - 30 °C - max. do 60 min  
Rychlost odmrazování - max. do 10 minut  
Možnost vkládání další várky ke zmražení ihned po ukončení předchozího zmrazovacího cyklu.  
Software pro monitoring procesu zamrazování - plně automatický provoz  
Možnost připojit alarm při výpadku napájení nebo při nepovolenému nárůstu teploty nad -30°C.  
Externí sonda pro kontrolu teploty přímo ve vaku, testovací vak 500 ml a 1000 ml.  
LCD displej na přístroji pro zobrazení nastavených údajů.  
Možnost zobrazení historie (grafy teplot, stavy) i při výpadku PC na displeji zmrazovače, tzn. primární teplotní data musí být uložena v řídicí jednotce přístroje pro případ výpadku PC  
PC, display, tiskárna, čtečka čárových kódů.  
Možnost mrazit 500ml vaky ve dvou vrstvách.  
Mód pro krátkodobé skladování zmrazených vaků při -30°C (po ukončení šokového zmražení).  
Možnost připojení a instalace SW do stávajícího PC uživatele.  
Pohon mrazicí desky musí být zajištěn elektrickým motorem.  
Veškeré příslušenství nutné k zahájení k provozu.

U všech přesně uvedených technických parametrů je povolený rozsah +/-10%.

Záruční doba nesmí být kratší než 24 měsíců, počínaje uvedením zařízení do provozu.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž:

- a) dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
- d) zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- e) zajištění a provedení bezplatných periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží,
- f) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

### 3.) Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky

Termín realizace do 60-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav – Transfuzní oddělení.

Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Náklady uchazeče výběrového řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky, nebo výběrové řízení zrušit.

#### 4.) Nabídková cena a způsob její úhrady

##### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celkem předpokládaná hodnota

743.801,- Kč bez DPH

Uvedená předpokládaná cena je nastavena jako maximální cena zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší.

Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění předmětu zakázky.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.

Nabídkovou cenu není možné překročit a je třeba ji uvést bez DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých (Kč).

#### 5.) Lhůta k podání nabídek

Lhůta k podání nabídek na realizaci zakázky je stanovena zadavatelem do 28. 4. 2016 do 13:00 hod., přičemž v této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadavatele. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat v sídle zadavatele, na sekretariátu v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 13:00 hod. 28. 4. 2016, nebude přihlíženo a budou bez dalšího vráceny uchazeči.

#### 6.) Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle kritéria nejnižší nabídková cena .

Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. **Nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za dodávku,** přičemž rozhodující je cena bez DPH.

#### 7.) Zpracování nabídky

Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom vyhotovení v rozsahu a podobě dle požadavků zadavatele a to v uzavřené obálce označené názvem zakázky: „Nemocnice Břeclav – Šokový zmrazovač plazmy“ a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Obálka musí být opatřena adresou, na kterou bude možno vrátit pozdě doručené nabídky.

Všechny listy nabídky budou viditelně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.


Uchazeč připojí k nabídce jako její nedílnou součást následující doklady:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

- Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH)
- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
- Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci

V Břeclavi dne 6. 4. 2016

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1, 692 74 Břeclav  
IČO: 00 390 760



---

MUDr. Jiří Jurník  
ředitel