

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 85 ZVZ

Název veřejné zakázky:

„Magnetická rezonance II“



1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO: 002 26 912
Zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Olga Vavřínová, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15021



2. Identifikační údaje veřejné zakázky a zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky (projektu): Magnetická rezonance II
Ev. číslo (VVZ): VZ 529248
Ev. číslo (TED): 2016/S 022-034704
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):
Veřejná zakázka na dodávky
Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):
Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):
Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Použité zkratky:

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro radiodiagnostické oddělení (*dále jen Zařízení*). Zařízení je specifikováno v odst. 2.2 ZD. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak **dodání Zařízení** s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a **6letý pozáruční kompletní servis** (*dále je Fullservis*).

Zatřídění dodávek dle kódu CPV

Jednotka magnetické rezonance
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

- kód CPV: 33111610-0

- kód CPV: 50421000-2

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Výše celkové smluvní ceny bez DPH [Kč]	37.400.000 Kč
--	---------------

5. Zvolený druh zadávacího řízení:

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na dodávky
Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.): Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ): Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče(ů):

Nabídka č. 1

Název uchazeče	EDOMED a.s.
Právní forma	Akciová společnost
Sídlo	U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3
IČO	63673169
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	37.400.000 Kč bez DPH
Počet samostatných přijímacích kanálů nabízeného Zařízení	108 kanálů
Garantovaná homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	2 ppm VRMS
Výkon RF vysílače	18 kW

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Nabídka č. 1

Název uchazeče	EDOMED a.s.
Právní forma	Akciová společnost
Sídlo	U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3
IČO	63673169
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	37.400.000 Kč bez DPH
Počet samostatných přijímacích kanálů nabízeného Zařízení	108 kanálů
Garantovaná homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	2 ppm VRMS
Výkon RF vysílače	18 kW

8. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyla zadavatelem vyloučena žádná nabídka.

9. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

Z účasti v zadávacím řízení nebyl z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučen žádný uchazeč.

10. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria, kterým je dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky.

Pořadí dle váhy	Kritérium	Váha kritéria
1. kritérium	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	85,0%

2. kritérium	Počet samostatných přijímacích kanálů nabízeného Zařízení	7,0%
3. kritérium	Garantovaná homogenita magnetické pole pro FOV 50x50x45 cm	5,0%
4. kritérium	Výkon RF vysílače	3,0%

Hodnotící komise posoudila výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle § 77 ZVZ. Hodnotící komise neshledala, že nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Hodnocení nabídek nebylo provedeno vzhledem ke skutečnosti, že byla obdržena jedna nabídka uchazeče **EDOMED a.s.**, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, IČO: 63673169.

Výsledné pořadí nabídek:

Výsledné hodnocení pořadí nabídek nebylo provedeno vzhledem ke skutečnosti, že byla obdržena jedna nabídka uchazeče **EDOMED a.s.**, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, IČO: 63673169.

Závěr z hodnocení nabídek:

Hodnotící komise v souladu s § 79 odst. 6 ZVZ neprovedla hodnocení nabídek z důvodu jedné obdržené nabídky. Hodnotící komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru nabídky uchazeče **EDOMED a.s.**, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, IČO: 63673169, v souladu s § 81 odst. 2 ZVZ.

11. Část nabídky (smlouvy), která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Philips Česká republika s.r.o., dodání přístroje, instalace, provedení záručního a pozáručního servisu, podíl prací 81,7%.

V Kyjově dne 14. 4. 2016


 Mgr. Danuše Křiváková
 ředitelka nemocnice

Související dokumenty:

- Příloha č. 1 – „PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI UCHAZEČŮ“
- Příloha č. 2 – „PROTOKOL O PRVNÍM JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE“
- Příloha č. 3 – „Protokol z posouzení kvalifikace v rámci 1. jednání hodnotící komise“
- Příloha č. 4 – „Protokol z posouzení nabídek v rámci 1. jednání hodnotící komise“

 **Nemocnice Kyjov**
 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
 Mgr. Danuše Křiváková
 ředitelka