

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel:	+420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení anesteziologických přístrojů – ARO“ (dále také zakázka).

označené

DI/01/16 – část č. 6 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Jedná se o tyto dodatečné informace:

Otázka č. 01/1:

Zadavatel požaduje „Elektronické zobrazení průtokoměrů pro O₂, N₂O a vzduch“ Dotaz uchazeče: V souhrnu minimálních technických požadavků poptávaného přístroje není definována technologie směřování čerstvých plynů. Na základě výše uvedeného uchazeč předpokládá, že zadavatel bude považovat jako minimální technologické provedení systém automatického směřování čerstvé směsi, vzhledem k tomu, že elektronické zobrazení průtokoměrů využívají výrobci anesteziologických přístrojů jako bezpečnostní informaci o správné funkci systému automatického směřování pro uživatele. Je tento předpoklad správný?

Odpověď: č. 01/1

Zadavatel konstatuje, že předpoklad dodavatele lze potvrdit za správný pouze v případě, že současně platí stanovisko, že funkce „Elektronické zobrazení průtokoměrů pro O₂, N₂O a vzduch“ bude u nabízeného přístroje umožněna a přístupná pro uživatele tohoto přístroje jako validní informace pro poskytování zdravotnické péče.

Otázka č. 01/2:

Zadavatel požaduje „Možnost vizuální kontroly netěsností při neinvazivních ventilacích (systém měchu ve válci)“ Dotaz uchazeče: Z uvedeného požadavku vyplývá, že je pro zadavatele primární způsob získání informace (vizuální) a informace samotná. Uchazeč předpokládá, že zajištěním informace o úniku vizuální kontrolou jinou technologií než systémem měchu ve válci (požadavek této specifické technologie lze považovat za neopodstatněnou diskriminaci) bude naplněn primární účel požadavku, což bude mít za následek rozšíření počtu možných uchazečů o tuto zakázku. Je tento předpoklad správný?

Odpověď: č. 01/2

Předpoklad dodavatele je správný pouze částečně. Pro zadavatele je primární způsob získání informace (vizuální) a informace samotná. Nelze ovšem souhlasit, s názorem, že specifikací tohoto požadavku dochází k neopodstatněné diskriminaci a nelze také souhlasit s názorem, že zabezpečení vizuální informace jiným způsobem než uvedl v zadávacích podmínkách, bude mít za následek rozšíření počtu možných uchazečů o tuto zakázku. Ve výzvě pro podání nabídky zadavatel uvedl:

V části č. 3 zadávací dokumentace vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na poptávané zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Je tedy zcela zřejmé, že otázka dodavatele je nadbytečná a zadavatel neshledal žádný důvod přistoupit ke změně zadávacích podmínek.

Otázka č. 01/3

Zadavatel požaduje „Kompatibilita s monitory vitálních funkcí na ARO JIP, CCM Datex-Ohmeda (zaměnitelnost modulů, stejný spotřební materiál, ovládání, servis)“ Dotaz uchazeče: Společně s požadavkem dodávky anesteziologického přístroje a monitoru od stejného výrobce je tento požadavek jednoznačně určující okruh předpokládaných uchazečů, tím omezuje volnost soutěže a porušuje povinnosti a pravidla péče řádného hospodáře. Deklarované důvody nejsou z hlediska klinického ani ekonomického natolik závažné, aby byl uvedený požadavek opodstatnitelný. Aktuálně je na trhu

dostatečné množství technologických řešení nabízejících adekvátní nebo vyšší úroveň. Využití těchto prvků může podstatně zvýšit neefektivitu celého zadávacího řízení.

Odpověď: č. 01/3

Zadavatel nesouhlasí s názorem dodavatele, cituji: *...je tento požadavek jednoznačně určující okruh předpokládaných uchazečů, tím omezuje volnost soutěže a porušuje povinnosti a pravidla péče řádného hospodáře. Deklarované důvody nejsou z hlediska klinického ani ekonomického natolik závažné, aby byl uvedený požadavek opodstatnitelný* konec citátu. Zadavatel v zadávacích podmínkách vyžaduje kompatibilitu s uvedenými přístroji především z hlediska klinické péče a z hlediska nutnosti chování nemocnice okresního typu v rámci pravidel řádného hospodáře. Nemocnice Vyškov investuje nemalé finanční prostředky do pořízení a obnovy zdravotnických přístrojů a to za minimálních reprodukčních finančních zdrojů. Z tohoto důvodu je při pořizování těchto přístrojů zadavatel nucen hledat taková technická řešení, která by zabezpečila optimalizaci vynaložených finančních prostředků a považuje tedy tuto otázku za velmi závažnou. Zadavatel trvá na zabezpečení kompatibility nabízených anesteziologických přístrojů, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Otázka č. 01/4

Zadavatel v části č. 4 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky uvádí v čl. VI. Záruční podmínky odst. 4, 3. větě: „Prodávající zajistí záruční na základě písemného nahlášení (...)“. Uchazeč má za to, správně by věta měla znít: „Prodávající zajistí záruční servis na základě písemného nahlášení. ...“. Je tato domněnka uchazeče správná a může v tomto kontextu doplnit znění návrhu smlouvy?

Odpověď: č. 01/4

Zadavatel tímto opravuje písařskou chybu textu 3věty odst. 4 čl.IV části č.4 Zadávací dokumentace takto. Znění této věty se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Prodávající zajistí záruční servis na základě písemného nahlášení vady, nebo požadavku na provedení servisního zásahu kupujícím (mobilem -. (Doplní uchazeč), nebo e-mailem na adresu - (Doplní uchazeč).

Uchazeč o předmětnou zakázku je povinen v nabídce předložit návrh kupní smlouvy obsahující toto opravené znění vyplývající z čl.IV části č.4 Zadávací dokumentace.

Ve Vyškově 12.5.2016

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.