

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 129/13/K

V Brně, dne 14.4.2013

Věc: Veřejná zakázka: „Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 2: Můžeme nabídnout CT vybaveno dvěma lampami s on-line funkcí, které plně splňují výstupní parametry 128 řezů, můžete přijmout tuto zajímavou nabídku? Případné speciální technické dotazy pro vysvětlení tohoto řešení neprodleně zašleme.

Odpověď 2: Uchazeč může nabídnout CT vybaveno dvěma lampami s on-line funkcí, které plně splňují výstupní parametry 128 řezů. Všechny další požadované parametry přístroje musí být dodrženy.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele