

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum

Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: u Nemocnice 3066/1, 690 74

IČ: 003 90 780

V Břeclavi, 23. dubna 2013

Výše uvedený zadavatel vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum**“. Dotazy jsou v chronologickém pořadí s dotazy v dodatečné informaci č. 1, č. 2, č. 4, č. 5 a č. 6

Dotaz k zadávací dokumentaci – „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum – část 10 – Přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky“

Dotaz č. 17: Zde je, dle úpravy zadávací dokumentace ze dne 7. 3. 2013, uvedeno: "parametry jsou zobrazovány na dotykové 15" barevné LCD obrazovce". Akceptuje zadavatel rozměr obrazovky menší než 13,5" (konkrétně 12"), pokud jsou ostatní požadavky na technickou specifikaci splněny?

Odpověď: Zadavatel trvá na technickém parametru velikosti displeje 15" s tolerančním rozsahem +/- 10%. Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátňuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel proto trvá na zadané technické specifikaci k předmětné části veřejné zakázky.

Na základě žádosti jednoho z uchazečů, zadavatel uveřejňuje zadávací dokumentaci - technickou specifikaci v editovatelné podobě, ve verzi ke dni zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že by uchazeč neměl opomenout dodatečné informace a změny provedené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel pouze připomíná, že nabídky je možné podávat v místě sídla zadavatele a to do 3. 5.2013 do 11. hod., následně v 11: 05 hod. se uskuteční otevírání obálek.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780


za zadavatele

MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav