



DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

Veřejná zakázka: Zdravotnické přístroje 2017 – 2018

Zadavatel veřejné zakázky: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
IČ: 003 46 292
sídlo: Brno, Kamenice 798/1d, PSČ 625 00
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245
zastoupena: Ing. Milanem Klusákem, MBA, ředitelem

Vážení soutěžitelé,

zadavatel dne 7. 9. 2016 dostal dotaz týkající se výše uvedené veřejné zakázky v tomto znění:

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „**Zdravotnické přístroje 2017 - 2018**“ Vás žádáme o zaslání dodatečných informací.

Část 4 VZ

Položka č. 2

Ruční dýchací přístroj - Ambuvak pro děti a novorozence

Zadavatel definuje u části 4 VZ pro položku č.2 dýchací vak pro děti a pro položku č.3 dýchací vak pro dospělé, materiál v tomto znění: bez příměsi latexu, omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Nabízíme ruční dýchací přístroj silikonový s možností sterilizace. Dle našich zkušeností je tento materiál neoptimálnějším řešením pro uvedený zdravotnický prostředek.

Je náš předpoklad správný a bude zadavatel požadovat ruční dýchací vak ze silikonu s možností sterilizace?

Odpověď zadavatele:

Váš předpoklad není správný – zadavatel nepožaduje ruční dýchací vak ze silikonu s možností sterilizace. Zadavatel trvá na požadavcích na materiál: bez příměsi latexu, omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou.

Zadavatel nad rámec výše uvedeného dotazu zveřejňuje na profilu zadavatele rámcové kupní smlouvy – obchodní podmínky rovněž ve formátu .doc.

V Brně dne 12. 9. 2016

Ing. Markéta Příbylová
investiční technik