



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Nemocnice Kyjov – dodávka přístrojů pro radiologické oddělení a oddělení nukleární medicíny |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-007588 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |
| IČ: | 002 26 912 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené nadlimitní řízení |

Na základě svého práva a žádosti účastníků zadávacího řízení poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V rámci technických požadavků pro část A – hybridní kamera SPECT/CT zadavatel požaduje: **Základní požadavky na detektory SPECT**

- **Minimální energetický rozsah 60 – 600 keV**

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodávku hybridní kamery SPECT/CT s detektory s energetickým rozsahem 35 – 588 keV?

Rozdíl oproti požadovanému energetickému rozsahu nemá vliv na medicínský účel zařízení.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel bude akceptovat dodávku hybridní kamery SPECT/CT s detektory s energetickým rozsahem 35 – 588 keV.

Zadavatel proto upravuje znění minimálního požadavku, základního požadavku na detektory SPECT, uvedeném v Příloze č. 1 Svazku 1 - Technická specifikace, Technické specifikaci části A. Požadavek na parametr Minimální energetický rozsah se upravuje takto:

Původní znění požadavku 60 - 600 keV se nahrazuje upraveným a pro zpracování nabídek závazným zněním: **Minimální energetický rozsah 60 – 585 keV**

Ostatní požadavky zůstávají beze změn.



INFORMACE O DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 uveřejňuje na profilu zadavatele dokument s vyznačením plocha ovladovny pro dvě skiagrafické vyšetřovny.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s §98, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve kterém zohlednil uvedené doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:
Datum: **7. 6. 2017** Místní čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **7. 6. 2017** Místní čas: **10:10 hodin**

INFORMACE

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha:

Příloha č. 1_ vyznačení plochy ovladovny pro dvě skiagrafické vyšetřovny

V Brně dne 25. 4. 2017