



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Nemocnice Kyjov – dodávka přístrojů pro radiologické oddělení a oddělení nukleární medicíny |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-007588 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |
| IČ: | 002 26 912 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené nadlimitní řízení |

Na žádosti účastníka zadávacího řízení poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Část B – Skiagrafické RTG přístroje

Zadavatel uvádí ve své odpovědi na dotaz č. 1, uveřejněné ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13. 4. 2017, že vysokou ochranu detektoru proti vniknutí tekutiny požaduje z důvodu působení kapaliny na povrch detektoru (desinfekce, krev atd.). Dodavatel žádá, aby zadavatel uvedl přesnou hodnotu normovaného stupně ochrany IP odolnosti proti vodě, kterou pro 1 ks mobilního bezdrátového detektoru požaduje.

ODPOVĚĎ 1

V zadávací dokumentaci je požadavek, že popisovaný detektor musí být chráněn: vysoká odolnost pro vniknutí tekutiny (odolný při ponoření do vody). Z požadavku zadavatele je jasně patrné, že tomuto požadavku zadávací dokumentace odpovídá dle normy ČSN EN 60 529, tab. 3, stupeň ochrany IP x7 (chráněno proti účinkům dočasného ponoření do vody). Z principu užití detektoru je zcela jasné, že zadavatel nebude detektor trvale skladovat v kapalině, ale že se jedná o případné náhodné dočasné ponoření nebo kontakt s kapalinou, viz dříve uváděné – desinfekce, krev apod.

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a nemá vliv na okruh účastníků zadávacího řízení. "

V Brně dne 12. 5. 2017