

Příloha č. 1 výzvy Technická specifikace

Myčka podložních mís

mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí
min. 6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní
samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní chromniklové oceli
(mat.1.4301) s možností zavěšení na zeď
svařovaná nerezová mycí komora
česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch
kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí
vlastní vyvíječ páry
možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000
vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek
labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez
použití těsnění
hlučnost max. 55dB
celkový příkon max. 3,0 kW
spotřeba el.energie pro 1 mytí max. 0,260 kWh
pro oplach/chlazení max. 0,002 kWh
pro pohotovostní režim max. 0,006 kWh
Opad: DIN 90-100
Elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz