

Příloha č. 1 výzvy Technická specifikace

Min. 8,5" dotykový displej, rozlišení min. 800x600

Napájení ze sítě, integrovaná Li-Ion dobíjecí baterie s výdrží min. 4h

Integrovaná tiskárna 150mm

Pacientská databáze min. 16GB

Ultrazvukové sondy (min. 8 krystalů) pro sledování dvojčat až trojčat, voděodolné, krytí IPX7

Možnost rozšíření o bezdrátové sondy

Volitelně analýza KTG antepartum Dawes-Redman

Rozhraní: RS-232, Ethernet, USB, WIFI port, DVI výstup

Měření tlaku matky během nafukování manžety, měření saturace matky

Možnost připojení do centrály